



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И КОНТРОЛИНГ
Фонд за социјално осигурање
војних осигураника
Бр. 121 - *28*
~~06-11-2017~~ - године

Одговор заинтересованом лицу у вези са припремањем понуде,
д о с т а в љ а .-

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, доставило 03.11.2017. године, захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за **ЈН бр. 22/17 Инструменти за операционе сале**, по следећем:

„Увидом у конкурсну документацију констатовали смо да сте у партији број 6, ставке 93 и 95 дали димензије истог предметног добра, да ли је у питању техничка грешка?

Да ли је за исту партију, партију број 6, за ставке 93, 94, 95 дозвољено одступање од наведених димензија?

Да ли је за партију број 6, за ставку 94 неопходно да понуђачи поседују Решење АЛИМСа, с обзиром да нису сви произвођачи класификовали предметно добро као медицинско средство?“

НАРУЧИЛАЦ Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **ОДГОВАРА заинтересованом лицу:**

1. Приликом сачињавања спецификације дошло је до грешке. У партији број 6 за **ставку број 95** треба да стоји димензија **(60cm x 30cm x 14cm) ± 10%**.
2. Дозвољена одступања од тражених димензија у партији број 6 за ставке 93 и 95 су 10% на све димензије, а за ставку 94 одступање у дужини корпе износи ± 10cm.
3. На партији број 6, за ставку 94, **није потребно Решење АЛИМС-а** имајући у виду да предметно добро није медицинско средство.

mm ВН

Достављено:
-на Портал ЈН
-на Портал МО
-у омот предмета

