



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И КОНТРОЛИНГ

Фонд за социјално осигурање
војних осигураника

Бр. 121 - 19
_____ године

06-11-2017

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
д о с т а в љ а.-

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, доставило 03.11.2017. године, захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за **ЈН бр. 22/17 Инструменти за операционе сале**, по следећем:

„1. Увидом у конкурсну документацију уочили смо да су код неких партија дозвољена одређена одступања а код неких нису наведена никаква одступања. Дужина и параметри инструмената се разликују од произвођача до произвођача тако да стриктно одређени параметри инструмената директно и неправедно ограничавају конкуренцију, односно онемогућавају учешће осталих заинтересованих понуђача. С тога Вас молимо да поступите у складу са чланом 10. и 12. Закона јавних набавки и да нам потврдите и прецизирате дозвољена одступања у димензијама инструмената у следећим партијама: 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 34/2, 41(у дужини инструмента), 42, 43, 44, 45, 50 и 52?

2. Такође смо уочили да су одређене ставке груписане у партије док су остале ставке објављене као засебне партије. С тога Вас молимо да сходно Закону јавних набавки а у циљу омогућавања што веће конкуренције извршите измену партија број 6, 8, 9 и 10, односно да ставке из поменутих партија одвојите у засебне партије.

3. Такође Вас молимо да допуните опис предмета набавке (димензије, дужину тражених инструмената...) за поједине ставке у партијама 8 (првих седам ставки) и 10 (ставка 47,48 и 49), како би на основу истих понуђачи могли да припреме одговарајуће понуде.

Молимо Вас да поступите у складу са чланом 12. ЗЈН којим је прописано да је Наручилац дужан да омогући једнак положај свих понуђача у јавној набавци.“

НАРУЧИЛАЦ Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **ОДГОВАРА заинтересованом лицу:**

Одговор 1

Дозвољено одступање од захтеване дужине инструмената за све наведене партије у питању број 1 (партије број 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 34/2, 41, 42, 43, 44, 45, 50 и 52) износи $\pm 2\%$.

Одговор 2

Инструменти на партијама број 6, 8, 9 и 10 су груписани према потребама засебних организационих целина установе или према одређеној хируршкој грани. Приликом састављања спецификације крајњи корисник се водио захтевима специфичних потреба организационих јединица и хируршких грана, тако да није могуће раздвојити ставке поменутих партија у засебне партије. **Остајемо при траженој спецификацији.**

Одговор 3

За партију број 8, ставке 1-7, ради се о артроскопским инструментима који имају углавном стандардне димензије са извесним одступањима, тако да није потребно наводити дужину инструмената, имајући у виду да је наглашено да се ради о артроскопским инструментима. У партији број 10, ставке 47-49, инструменти који носе име неког од аутора имају стандардне димензије, тако да није неопходно тражити одређену дужину.

МН ВН 

Достављено:
-на Портал ЈН
-на Портал МО
-у омот предмета

