



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање војних осигураника

Бр. 122 - 104
01-11-2019 године
БЕОГРАД

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
доставља.

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту Закон, дана 31.10.2019. године доставило захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за ЈН бр. 24/19- Производи од стакла за фармацеутску и лабораторијску примену, за потребе ВМА, ВБ Ниш, ВБ Нови Сад и ЦАпСк-а, по следећем:

„1. За партије 41-47 – уз сваку пипету се испоручује и фабрички калибрациони сертификат. Сходно захтеву на 21. страни документације, да ли је потребно доставити при испоруци Уверење о еталонирању, издато од стране акредитоване лабораторије? Ако је тако, шта треба доставити као доказ у понуди, обзиром да се Уверење о еталонирању може доставити приликом испоруке, када се обави еталонирање за конкретне пипете? Да ли је довољно у понуди доставити извод из каталога где се може видети ISO, DIN?

2. Партије 12-23– да ли тражени артикли морају испуњавати оба услова тј ISO 3819 и DIN 12331? Да ли је прихватљиво понудити атикле произвођача по ISO 3819?

3. Партија 69 – Тиквица ерленмајер са шлифом 29/32 и запушачем је по DIN ISO 3585. DIN ISO 24450 који сте навели за ову ставку је за ерленмајере широко грло. Да ли се може понудити по наведеном DIN ISO стандарду?

4. Партија 71 да ли се могу понудити durham епрувете 6x30 mm?

5. Партија 74 да ли се може понудити епрувета bacto 30x250 mm?

6. Партија 108 да ли се може понудити вегеглас 50x35mm?“

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, одговара заинтересованом лицу:

1. За партије бр. 41-47 у тачки 2.1. конкурсне документације је дефинисано да је у понуди потребно доставити каталог произвођача (а ради оцене да ли понуђено добро поседује захтеване техничке карактеристике/квалитет) и калибрациони сертификат у складу са стандардом ISO 8655/DIN 12650, издат од независне акредитоване лабораторије (акредитација у складу са стандардом ISO/IEC 17025), који се односи на понуђено добро (било које серије истог производа). Уверење о еталонирању конкретне серије траженог

добра- аутоматске пипете потребно је доставити приликом испоруке добара крајњем кориснику.

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације, односно у моделу оквирног споразума и моделу уговора дефинисати да је за партије бр. 41, 42, 43, 44, 45, 46 и 47, Продавац дужан да приликом испоруке достави Уверење о еталонирању, за сваку испоручену серију.

2. За партије бр. 12-23, у тачки 2.1. конкурсне документације, у колони “Квалитет” тражено је: “(ISO 3819 и DIN 12331) или (DIN EN ISO 3819)”. Члан 71. став 1. тачка 1) Закона прописује да се техничке спецификације одређују са позивом на техничке спецификације и на српске, европске, међународне или друге стандарде и сродна документа, тако да свако позивање мора да буде праћено речима „или одговарајуће“. У конкурсној документацији за ЈН бр. 24/19, дефинисано је шта је потребно доставити као доказ да понуђено добро испуњава захтеве траженог стандарда (или одговарајућег у складу са чланом 71. став 1. тачка 1) Закона). У том смислу, стандарди DIN EN ISO 3819 и ISO 3819 су одговарајући.

Понуда ће бити прихватљива уколико понуђено добро испуњава захтеве стандарда ISO 3819.

3. За партију бр. 69 измениће се тражени квалитет, по следећем: „DIN ISO 24450 ili DIN ISO 3585“.

4. У конкурсној документацији, у техничкој спецификацији, у колони „Назив и опис добра“, наведен је предмет набавке у партији бр. 71. За наведену партију техничка спецификација остаје непромењена.

5. У конкурсној документацији, у техничкој спецификацији, у колони „Назив и опис добра“, наведен је предмет набавке у партији бр. 74. За наведену партију техничка спецификација остаје непромењена.

6. У конкурсној документацији, у техничкој спецификацији, у колони „Назив и опис добра“, наведен је предмет набавке у партији бр. 108. За наведену партију техничка спецификација остаје непромењена.

Измене конкурсне документације у складу са горе датим одговорима ће бити објављене на Порталу јавних набавки и на Порталу МО.

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

НА АЛ
МЈ

Достављено:

- на Портал ЈН,
- на Портал МО,
- у омот предмета.

