



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање војних осигураника

Бр. 122 - 119

08 -11- 2019 _____ године

БЕОГРАД

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
доставља.

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту Закон, дана 06.11.2019. године доставило захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за ЈН бр. 24/19- Производи од стакла за фармацевтску и лабораторијску примену, за потребе ВМА, ВБ Ниш, ВБ Нови Сад и ЦАпСк-а, по следећем:

„1. Везано за последњу измену документације - за поједине партије нејасно је на какав сертификат мислите под називом „аналитички /тест сертификат“. За партије 12, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 64, 89, 90 које сте навели - нема сертификата за серије, уз овакву робу са апроксимативном запремином, тј чаше, ерленмајери, зделице може да постоји само фабрички “certificate of conformity” у коме су наведени само подаци који се могу и из каталога видети – о врсти и квалитету стакла, по ком ISO и DIN стандарду је рађено..., не односи се, нити се наводи серија, па је самим тим довољан извод из каталога за понуду где се види све што сте првобитно навели од услова и као што је сваки пут достављано за овакве производе у претходним набавкама. Ако је захтев за атестом, значи да наша акредитована лабораторија издаје “Уверење о еталонирању” и оно се односи на сваки производ конкретно а не на серију, сто знаци да би свака чаша требала да се еталонира посебно, сто би драстично повећало цену наведених артикала и изашло из процењене вредности.

Ставке 26, 30, 36, 50, 52 и 70 спадају у волуметријско посуђе, и уз овакво посуђе се може испоручити “ЛОТ или шаржни сертификат” које издаје произвођач и који се односи на серије датог производа. Ове ставке се могу испоручивати са ЛОТ сертификатом али се уз понуду може доставити само као пример јер приликом испоруке не мора да значи да ће бити баш та серија. Податак о томе да ли се ове ставке испоручују са ЛОТ сертификатом или не, се такође може видети из каталога који се прилазе уз понуду, тако да би достављање овог сертификата било непотребно уз понуду, већ само приликом испоруке. Уколико је потребно доставити атест, важи исто као у претходном пасусу – то је онда Уверење о еталонирању које се доставља за сваку ставку посебно а не за серију.

Обзиром на врло захтевну документацију како за понуду, тако и за испоруку, молим појашњење шта треба доставити уз понуду, а шта уз испоруку.“

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, одговара заинтересованом лицу:

1. За све партије је у тачки 2.1. конкурсне документације дефинисано: Да би наручилац оценио да ли понуђено добро поседује захтеване техничке карактеристике, понуђач мора да достави одговарајући доказ у коме је понуђено добро обележено редним бројем партије, као и тражена карактеристика:

- оригинал или фотокопију каталога (или делова каталога) произвођача или декларације о усаглашености- довољан је један од ових доказа уколико обухвата све тражене техничке карактеристике, на српском или енглеском језику (за сваку партију). Уколико у наведеним доказима нема свих тражених техничких карактеристика, уз исте треба доставити и изјаву произвођача о томе да ли понуђено добро поседује тражену карактеристику. У изјави мора бити наведено: телефон, адреса и *e-mail* потписника изјаве.;

- доказ наведен у колони „Квалитет“ (као у техничкој спецификацији у колони „Квалитет“, за сваку партију за коју се тражи) и затим су и појединачно наведени докази из колоне „Квалитет, нпр. за партије бр. 8 до 36, 49 до 55, 61 до 70, 72, 88, 89, 90, 98, 99 и 110 је као доказ да понуђено добро испуњава захтеве траженог стандарда (или одговарајућег у складу са чланом 71. став 1. тачка 1) Закона), потребно доставити сертификат или копију сертификата стандарда, који мора бити издат од стране сертификационог тела које је акредитовано за сертификацију у области на коју се односи поменути стандард или декларацију произвођача понуђеног добра или потврду произвођача понуђеног добра или технички досије произвођача понуђеног добра“.

За партије бр. 12, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 64, 89, 90, 107-110 је потребно да понуђачи приликом достављања понуде доставе оригинал или фотокопију каталога (или делова каталога) произвођача или декларације о усаглашености или изјаву произвођача, као и доказ наведен у колони „Квалитет“ (као у техничкој спецификацији у колони „Квалитет“, за сваку партију за коју се тражи).

За наведене партије потребно је приликом испоруке доставити декларацију о усаглашености („Certificate of conformity“).

2. За партије бр. 26, 30, 36, 50, 52 и 70 је потребно да понуђачи приликом достављања понуде доставе оригинал или фотокопију каталога (или делова каталога) произвођача или декларације о усаглашености или изјаву произвођача, као и доказ наведен у колони „Квалитет“ (као у техничкој спецификацији у колони „Квалитет“, за сваку партију за коју се тражи).

Такође, за партије бр. 26, 30, 36, 50, 52 и 70 је приликом достављања понуде потребно доставити и LOT сертификат за било коју серију понуђеног добра.

За наведене партије потребно је приликом испоруке доставити LOT сертификат испоручене серије и декларацију о усаглашености („Certificate of conformity“).

Измене конкурсне документације у складу са горе датим одговорима ће бити објављене на Порталу јавних набавки и на Порталу МО.

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

ин АЛ
м Р



ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

ПОТПУКОВНИК

Дарио Малешевић

Дарио Малешевић

Достављено:

- на Портал ЈН,
- на Портал МО,
- у омот предмета.