



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних осигураника

Бр. 125 - 28
27-09-2019. године
БЕОГРАД

Измену конкурсне документације,
д о с т а в љ а.

Свим заинтересованим лицима

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши измену Конкурсне документације Бр. 125-18 од 18.09.2019. године, за јавну набавку добара, **ЈН бр. 26/19 Импланти, плочице и медицински производи за неурохирургију**, за потребе ВМА,

Део 2. Услови везани за предмет јавне набавке, врста, техничке карактеристике, количина и опис добара, квалитет, начин спровођења контроле и квалитета – квантитативни и квалитативни пријем, грешке у квалитету, рекламација, рок и место испоруке (страна 4)

Део 6 – Образац понуде са структуром цене (старана 26)

Мења се конкурсна документација тако што се мења назив и опис средства на партији број 1. ставка број 1.5 и гласи:

Редни број	Назив и опис средства
Партија 1: Међупршљенски уметци, Импланти за тораколумбалну стабилизацију и коштани цемент	
1.5	Коштани цемент са антибиотиком стандардно упакован и упакован у затвореном систему за мешање и апликовање у вакууму

НАПОМЕНА: Понуђач треба да припреми понуду у складу са измењеном Конкурсном документацијом.

Прилог:

- измењене стране конкурсне документације број 4, 26 и измењена ехел табела.

ВН
mi

Достављено:
-на Портал ЈН
-на Портал МО
-у омот предмета.



ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА
п о т п у к о в н и к
Дарио Малешевић

Дарио Малешевић

УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И КВАЛИТЕТА- КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ, РЕКЛАМАЦИЈА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

2.1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Врста, техничке карактеристике, опис предмета набавке и количина дати су у следећој спецификацији:

Редни број	Назив и опис средства	Јединица мере	Количина	Медицинско средство	Решенје АЛИМС-а	Рок трајања	Рок стерилности
Партија 1: Међупршљенски уметци, Импланти за тораколумбалну стабилизацију и коштани цемент							
1.1	Полиаксијални неконусни шраф са обртним навојима закључавања	ком	610	ДА	ДА	Неограничен	Стерилише се пре имплантирања
1.2	Закључавајућа матица за транспедикуларни полиаксијални самонарезајући шраф	ком	610	ДА	ДА	Неограничен	Стерилише се пре имплантирања
1.3	Титанијумска шипка за транспедикуларну фиксацију 5.5mm	ком	40	ДА	ДА	Неограничен	Стерилише се пре имплантирања
1.4	Уметак ПЕЕК међупршљенски за Л2-С1 сегмент кичме, за ПЛИФ и ТЛИФ апликацију	ком	60	ДА	ДА	5 година	5 година
1.5	Коштани цемент са антибиотиком стандардно упакован и упакован у затвореном систему за мешање и апликавање у вакууму	ком	20	ДА	ДА	3 године	3 године
Партија 2: Импланти за тораколумбалну стабилизацију са закључавањем без употребе матице							
2.1	Транспедикуларни, титанијумски полиаксијални и унипланарни завртњак, различитих димензија, без профила, са припадајућим додацима који се пласирају на главу завртња и користе за тродимензионалну корекцију деформитета. Закључавају се без употребе матице	ком	140	ДА	ДА	Неограничен	Стерилише се пре имплантирања
2.2	Хром кобалтна шипка права димензија 5,5 x 500mm	ком	6	ДА	ДА	Неограничен	Стерилише се пре имплантирања
2.3	Титанијумска шипка промера 5,5mm	ком	10	ДА	ДА	Неограничен	Стерилише се пре имплантирања
Партија 3: Сетови за фибрински и аутологни тромбоцитни лепак							

Спецификација коју понуђена добра морају да испуњавају са структуром цене и условима понуде:

Редни број	Назив и опис средства	Јединица мере	Количина	Назив понуђеног добра, произвођач, каталошки број или одговарајућа ознака	Јединична цена без ПДВ-а	ПДВ (у %)	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна вредност партије без ПДВ-а	Укупна вредност партије са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Међупршљенски уметци, Импланти за тораколумбалну стабилизацију и коштани цемент						Укупно за партију 1:		
1.1	Полиаксијални неконусни шраф са обртним навојима заклањавања	ком	610						
1.2	Заклањавајућа матица за транспедикуларни полиаксијални самонарезајући шраф	ком	610						
1.3	Титанијумска шипка за транспедикуларну фиксацију 5.5mm	ком	40						
1.4	Уметак ПЕЕК међупршљенски за J2-C1 сегмент кичме, за ПЛИФ и ТЛИФ апликацију	ком	60						
1.5	Коштани цемент са антибиотиком стандардно упакован и упакован у затвореном систему за мешање и апликовање у вакууму	ком	20						
2	Импланти за тораколумбалну стабилизацију са заклањавањем без употребе матице						Укупно за партију 2:		
2.1	Транспедикуларни, титанијумски полиаксијални и унипланарни завртањ, различитих димензија, без профила, са припадајућим додацима који се пласирају на главу завртња и користе за тродимензионалну корекцију деформитета. Заклањавају се без употребе матице	ком	140						