



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И КОНТРОЛИНГ  
Фонд за социјално осигурање  
војних осигураника

Бр. 127 - 25

**30 OCT 2017** . године

Одговор заинтересованом лицу у вези са  
припремањем понуде,  
**д о с т а в љ а .-**

Заинтересована лица су на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту: Закон, доставила 27.10.2017. године у у 12.53 сати и 14:31 сати, захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за **ЈН бр. 30/17 Васкуларне протезе** за потребе Војномедицинске академије, по следећем:

„Партија 3 - Да ли ће се наша понуда сматрати одговарајућом уколико понудимо стент-графт за ендоваскуларну реконструкцију анеуризме аорте у сету: главно тело (дијаметра 23-36 mm, дужине 80-170 mm), ноге (дијаметра 10-27 mm, дужине 50-105 mm), са екстензијом главног тела по потреби (дијаметра 26-38 mm, дужине 50 mm), са две жице и балоном?

Тражене техничке карактеристике одговарају производу само једног произвођача, те сматрамо да се тиме крши Члан 10. Закона о јавним набавкама који се односи на Начело обезбеђивања конкуренције.

С обзиром да су одступања у карактеристикама стент графта који смо навели у питању број 1 за партију 3 мања од 10% од тражених димензија што на суштински једнак начин испуњава услове из спецификације и траженог стандарда, молимо вас да позитивно одговорите на наше питање.

Партије 6, 7, 8, 9 и 10 - У наведеним партијама тражено је да понуђени графт буде импрегниран желатином. Будући да на тржишту Србије постоји само један произвођач који може да испуни тражени захтев а који не утиче битно на перформансе производа, молим да се изврши измена техничке спецификације тако што ће се поред графтова импрегнираних желатином прихватити и графтови импрегнирани колагеном. Тиме би се **испоштовао** Члан 10. Закона о јавним набавкама - Начело обезбеђивања конкуренције и вашој установи пружила већа могућност избора производа.

Партија 9 - Да ли ће се наша понуда сматрати одговарајућом уколико понудимо Тубуларни полиестер графт импрегниран колагеном дужине 60cm? С обзиром да је наш графт дужи од траженог, то даје веће могућности кориснику, а такође се током извођења процедуре може кориговати на жељену дужину.

Партија 27 - Да ли ће се наша понуда сматрати одговарајућом уколико понудимо Графт импрегнирани тубуларни дијаметра 8mm, а дужине 60 cm? “

„Партија број 6:

Молим да се прошири спецификација за партију број 6, тако да гласи: Бифрукциони полиестер графт импрегниран желатином 16 x 8mm / 45-50 cm.

Партија број 7:

Молим да се прошири спецификација за партију број 7, тако да гласи: Бифрукциони полиестер графт импрегниран желатином 18 x 9 mm / 45-50 cm.

Партија број 9:

Молим да се прошири спецификација за партију број 9, тако да гласи: Тубуларни полиестер графт импрегниран желатином промера 18 mm, дужине 50-60 cm.

Партија број 21:

Да ли ће бити прихватљив имплантибилни систем (порт) за континуирано давање терапије следећих карактеристика:

Дијаметар 7.5Fr, од титанијума, 17,8 гр, који у свом сету садржи следеће елементе: порт, катетер, водич жица 50 cm, Reel-Away уводник, игла, шприц, метални тунелатор, приступна игла видљива под ултразвуком, идентификациона картица пацијента.”

**НАРУЧИЛАЦ** Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **ОДГОВАРА заинтересованим лицима:**

**За партије број 3, 6, 7, 8, 9, 10 и 21 Наручилац остаје у свему при траженим захтевима из техничке спецификације.**

**За партију број 27, минимална дужина графта импрегнираног тубуларног дијаметра 8mm је 60 cm.**

ЈС

*Handwritten signature*



Достављено:

- на Портал ЈН
- на Портал МО
- у омот предмета