



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 6135-21

01 JUL 2016 године

Појашњење у вези са припремањем
понуде у поступку јавне набавке уређаја
за стимулацију срчане функције и
електрофизиологију бр. 6135/16,
д о с т а в љ а.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/2015 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 27.06.2016. године, достављамо следећи одговор:
Заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговор:

Питање 1: Молим Вас за додатно појашњење конкурсне документације ЈН 254/16 за Министарство одбране – Војномедицинска академија, да ли ће бити прихватљиво да се за партију 3 - „Електрода – биполарна активна, права коморска (Електроде са стероидом, дужине мин 57cm)“ понуде електроде **дужине 60cm?**

Да ли је такође прихватљиво да се за партију 4 - „Електрода – биполарна активна, права преткоморска (Електроде са стероидом, дужине мин 52cm)“ понуде електроде **дужине 53cm?**

Одговор: Биће прихватљиве и наведене дужине.

Питање 2: Обраћамо Вам се са молбом за појашњење тендерске документације јавне набавке број: ЈН 254/16

Имплантабилна средства која су предмет набавке (пејсмејкери и имплантабилни срчани монитори) имају у себи батерије чији је животни век дуготрајан али ограничен. Међутим, уколико су ова средства дуго неактивна (тј. уколико дуже време протекне од њихове производње до уградње) произвођач не може гарантовати прописане карактеристике и адекватан рад производа, те се стога поменута добра производе са ограниченим роком стерилности у коме се са сигурношћу може тврдити да неактивност неће утицати на њихове функције. Будући да **имплантабилни срчани монитори излазе са производне линије са роком стерилности од 12 месеци**, а остали производи са роком стерилности 18 месеци, немогуће их је **испоручити са роком стерилности од 18 месеци.**

На основу претходно наведеног, молимо вас да измените захтев за роком стерилности из тендерске документације тако да рок стерилности за тражена добра на партији 26. **Имплантабилни монитор срчане функције са могућношћу имплантације**

иньектором мањег волумена од 1,5 цм³ и тежине мање од 3 гр. буде минимум 7 месеци од дана испоруке, а на осталим партијама да захтевани рок стерилности буде минимум 12 месеци.

Одговор: Прихватљиво је и у том смислу биће извршена измена конкурсне документације и модела уговора, а након добијања сагласности Војног правобранилаштва и исту ћете моћи преузети са потрала Управе за јавне набавке и сајта Наручиоца.

3С.
А С

Достављено:

-у омот предмета 6135/16

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ВМА
пуковник
проф. др Драган Динчић