



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних
осигураника
Бр. 80- 3
~~13-03-2015~~ године

Измене и допуне конкурсне документације

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. бр. 124/12, 14/15 и 68/15) врши измену/допуну конкурсне документације за јавну набавку добара број ЈН бр. 72/15: **Уређаји за анестезију и реанимацију за потребе ВМА**, по следећем, у делу:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ: у тачки 1.3 Предмет јавне набавке број 72/15 су добра: **Уређаји за анестезију и реанимацију за потребе ВМА**, по следећим партијама: **мењају се колона „Назив и опис средства“ партију бр. 102**, тако да сада гласе:

Red. broj	Naziv i opis sredstva
102	Set za pneumotoraks koji se koristi sa aspiracionim kateterima za pneumotoraks i sastoji se od nepovratne grudne drenažne valvule, obostrano sa multilumen adapterima i konekcionog creva dijametra 14fr, dužine 30cm

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
у тачки 2.2.ПАРТИЈЕ, Предмет јавне набавке је обликован у 106 (стотину шест) партија, за партију бр. 102 мења се колона „Назив и опис средства“, тако да сада гласи:

Red. broj	Šifra ORN	Naziv i opis sredstva	Jedinica mere	VMA	UKUPNO
102	33171110 Maska za anesteziju	Set za pneumotoraks koji se koristi sa aspiracionim kateterima za pneumotoraks i sastoji se od nepovratne grudne drenažne valvule, obostrano sa multilumen adapterima i konekcionog creva dijametra 14fr, dužine 30cm	SET	40	40

3. УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И КВАЛИТЕТА-КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ, РЕКЛАМАЦИЈА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ:

3.1. Врста, техничке карактеристике, количина и опис предмета, рок испоруке, као и рок стерилности/ гарантни рок/ рок трајања дати су у следећој спецификацији:

мења се колона „Назив и опис средства”, за партију бр. 102 тако да сада гласи:

Red. broj	Šifra ORN	Naziv i opis sredstva	Jedinica mere	UKUPNO	Med. sredstvo (da/ne)	Rešenje ALIMS-a	Rok isporuke VMA	Rok upotrebe
102	33171110	Set za pneumotoraks koji se koristi sa aspiracionim kateterima za pneumotoraks i sastoji se od nepovratne grudne drenažne valvule, obostrano sa multilumen adapterima i konekcionog creva dijametra 14fr, dužine 30cm	SET	40	da	da	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora	50% deklarisanog roka sterilnosti

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ: тачка 6-1-2, Понуда са структуром цене, у спецификацији добара, мења се колона " Назив и опис средства " за партију бр. 102 тако да сада гласи:

Red broj	Šifra ORN	Naziv i opis sredstva	Jed. mere	VMA	UKUPNO	Proizvođač/ kataloški broj/ili odgovarajuća oznaka	Jedinična cena bez PDV-a	PDV u %	Jedinična cena sa PDV-om	Ukupna cena bez PDV-a	Ukupna cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	33171110	Set za pneumotoraks koji se koristi sa aspiracionim kateterima za pneumotoraks i sastoji se od nepovratne grudne drenažne valvule, obostrano sa multilumen adapterima i konekcionog creva dijametra 14fr, dužine 30cm	SET	40	40						

Напомена:

Понуђач треба да припреми понуду у складу са измењеном конкурсном документацијом. Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

Прилог :

- измењене стране конкурсне документације: 9, 27, 58, 144
- измењена табела Microsoft Excel 97-2003

MP
НП (32-532)



Достављено:
-на Портал ЈН
-на Портал МО
-Омот предмета



93	NAVLAKA za aparat SCD Express, garduisana, kompresivna za nogu – dokolena, velika
94	Set za spinalnu anesteziju 26 G, standardna igla 90 mm, sa vodič iglom od 20G, Quincke point vrhom
95	Set za spinalnu anesteziju 27 G, standardna igla 90 mm, sa vodič iglom od 22G, Quincke point vrhom
96	Oralni fiksator, tri u jedan sa O2 portom, sa blokatorom zagrižaja, veličine 60F, dužine 90 mm
97	Oralni fiksator, tri u jedan sa O2 portom, sa blokatorom zagrižaja, veličine 60F, dužine 100 mm
98	Oralni fiksator, tri u jedan sa O2 portom, sa blokatorom zagrižaja, veličine 60F, dužine 110 mm
99	Armirani epiduralni kateter, set. Set sadrži epiduralni kateter 19 Ga, 90 cm, epiduralnu iglu 17 Ga, 10 cm, špric LOR minimum 7 ml i filter 0.2 mikrona, flat
100	Set za epiduralnu anesteziju-veliki. Sadrži: epiduralnu iglu 18G/80 mm, kateter 20G, flat filter 0.2 mikrona, 2 šprica 10 ml, igla za administraciju leka 0.9x40 mm, igla za subkutanu anesteziju 0.5x25 i iglu vodič 1.6x35 mm
101	Set za epiduralnu anesteziju. Sadrži: epiduralnu iglu 18G/80 mm, sa odgovarajućim kateterom, minimum dužine 90 mm, konektorom sa klik mehanizmom, flat filter 0.2 mikrona, L.O.R. Šprica od minimum 7 ml
102	Set za pneumotoraks koji se koristi sa aspiracionim kateterima za pneumotoraks i sastoji se od nepovratne grudne drenažne valvule, obostrano sa multilumen adapterima i konekcionog creva dijametra 14fr, dužine 30cm
103	Set za ekstubaciju. Sadrži reintubacioni kateter sa mekim poluzatvorenim atraumatskim vrhom, veličine 14 Fr, dužine 83 cm, vodič od nitinolske žice sa polimernim omotačem promera 0,035 in., dužine 145 cm i fiksacionom trakom za pričvršćivanje
104	Ekstenzioni set dužine 152 cm sa integrisanim Anti-sifon ventilom kompatibilan sa CADD Legacy PCA pumpom
105	Plasticni rezervoar od 100 ml sa zenskom luer konekcijom kompatibilan sa CADD Legacy PCA pumpom
106	Plasticni rezervoar od 250 ml sa zenskom luer konekcijom kompatibilan sa CADD Legacy PCA pumpom

1.4. Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

1.5. Контакт:

- Контакт особа: Неда Пљакић, двм
- mail adresa: neda.pljagic@mod.gov.rs
- факс: 011/3000-312;

Радно време Наручиоца је од 7.30 – 15.30 часова (понедељак-петак).

99	33171110 Maska za anesteziiju	Armirani epiduralni kateter, set. Set sadrži epiduralni kateter 19 Ga, 90 cm, epiduralnu iglu 17 Ga, 10 cm, špric LOR minimum 7 ml i filter 0.2 mikorna, flat	SET	50	50
100	33171110 Maska za anesteziiju	Set za epiduralnu anesteziiju-veliki. Sadrži: epiduralnu iglu 18G/80 mm, kateter 20G, flat filter 0.2 mikrona, 2 šprica 10 ml, igla za administraciju leka 0.9x40 mm, igla za subkutanu anesteziiju 0.5x25 i iglu vodič 1.6x35 mm	SET	50	50
101	33171110 Maska za anesteziiju	Set za epiduralnu anesteziiju. Sadrži: epiduralnu iglu 18G/80 mm, sa odgovarajućim kateterom, minimum dužine 90 mm, konektorom sa klik mehanizmom, flat filter 0.2 mikrona, L.O.R. Šprica od minimum 7 ml	SET	100	100
102	33171110 Maska za anesteziiju	Set za pneumotoraks koji se koristi sa aspiracionim kateterima za pneumotoraks i sastoji se od nepovratne grudne drenažne valvule, obostrano sa multilumen adapterima i konekcionog creva dijametra 14fr, dužine 30cm	SET	40	40
103	33171110 Maska za anesteziiju	Set za ekstubaciju. Sadrži reintubacioni kateter sa mekim poluzatvorenim atraumatskim vrhom, veličine 14 Fr, dužine 83 cm, vodič od nitinolske žice sa polimernim omotačem promera 0,035 in., dužine 145 cm i fiksacionom trakom za pričvršćivanje	SET	20	20

99	33171110	Armirani epiduralni kateter, set. Set sadrži epiduralni kateter 19 Ga, 90 cm, epiduralnu iglu 17 Ga, 10 cm, špric LOR minimum 7 ml i filter 0.2 mikrona, flat	SET	50	da	da	U 2 jednake tranše. 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora	50% deklarisanog roka sterilnosti
100	33171110	Set za epiduralnu anesteziju-veliki. Sadrži: epiduralnu iglu 18G/80 mm, kateter 20G, flat filter 0.2 mikrona, 2 šprica 10 ml, igla za administraciju leka 0.9x40 mm, igla za subkutanu anesteziju 0.5x25 i iglu vodič 1.6x35 mm	SET	50	da	da	U 2 jednake tranše. 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora	50% deklarisanog roka sterilnosti
101	33171110	Set za epiduralnu anesteziju. Sadrži: epiduralnu iglu 18G/80 mm, sa odgovarajućim kateterom, minimum dužine 90 mm, konektorom sa klik mehanizmom, flat filter 0.2 mikrona, L.O.R. Šprica od minimum 7 ml	SET	100	da	da	U 2 jednake tranše. 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora	50% deklarisanog roka sterilnosti
102	33171110	Set za pneumotoraks koji se koristi sa aspiracionim kateterima za pneumotoraks i sastoji se od nepovratne grudne drenažne valvule, obostrano sa multilumen adapterima i konekcionog creva dijametra 14fr. dužine 30cm	SET	40	da	da	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora	50% deklarisanog roka sterilnosti

Red broj	Šifra ORN	Naziv i opis sredstva	Jed. mere	VMA	UKUPNO	Proizvođač/ kataloški broj/fili odgovarajuća oznaka	Jedinična cena bez PDV-a	PDV u %	Jedinična cena sa PDV-om	Ukupna cena bez PDV-a	Ukupna cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	33171110	Set za epiduralnu anesteziju. Sadrži: epiduralnu iglu 18G/80 mm, sa odgovarajućim kateterom, minimum dužine 90 mm, konektorom sa klik mehanizmom, flat filter 0.2 mikrona, L.O.R. Šprica od minimum 7 ml	SET	100	100						
102	33171110	Set za pneumotoraks koji se koristi sa aspiracionim kateterima za pneumotoraks i sastoji se od nepovratne grudne drenažne valvule, obostrano sa multilumen adapterima i konekcionog creva dijametra 14fr, dužine 30cm	SET	40	40						