



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних осигураника
Бр. 133 - 24
10 -12- 2020. године
БЕОГРАД

ОДГОВОР ЗАИНТЕРЕСОВАНОМ ЛИЦУ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, доставило захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за **ЈН бр. 39/20 Интраокуларна сочива и медицинска потрошна средства за офтальмологију**, по следећем:

„Поштовани, У складу са тачком 5.12 Конкурсне документације, молимо за појашњење у вези са припремом понуде:

Партија 1 „Intraokularna meka zadnjekomorna сочива izrađena od hidrofobnog akrilata, izlivana u komadu. Prečnik optičkog dela 5,75-6,40 mm, raspon dioptriјe od +6 do +30 (Inkrement 0,5D za dioptriјe od +10 do +30), Indeks refrakcije $\geq 1,55$, Square edge, bez angulacije haptika i sa step vaulted hapticima ili sa offset dizajnom haptika ili stable force hapticima, Injektor za jednokratnu ili višekratnu upotrebu sa kertridžom za svako pojedinačno сочиво“

Техничка спецификација захтева индекс рефракције $\geq 1,55$.

Молимо да размотрите корекцију индекса рефракције за 0,01. Индекс рефракције $\geq 1,54$ такође омогућава мањи конвекситет предње површине сочива, а самим тим омогућава да сочиво буде тање. Оваква савремена интраокуларна сочива је могуће имплантirati у око на мању инцизију, што за последицу има мањи хируршки индуковани астигматизам и потенцијално бољу некориговану видну оштрину, а самим тим и веће задовољство пацијената.

Молимо да узмете у обзир нашу молбу и измените спецификацију тако да захтевани индекс рефракције буде $\geq 1,54$.“

ОДГОВОР:

За партију број 1: Наручилац у свему остаје при исказаним захтевима из техничке спецификације која је саставни део конкурсне документације за јавну набавку бр. 39/20, као и при свом одговору бр. 133-17 од 07.12.2020.године, у делу који се односи на партију број 1.

Комисија за јавну набавку бр. 39/20

Достављено:
-на Портал ЈН
-на Портал МО
-у омот предмета