



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних осигураника
Бр. 134 - 67
12 - 11 - 2019 . године
БЕОГРАД

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
доставља.

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, доставило 08.11.2019. године, захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за **ЈН бр. 36/19 Дијагностички материјал за потребе лабораторија**, по следећем:

„Поштовани,

Као потенцијални понуђач у предметном поступку јавне набавке, молимо да у складу са чл. 63 Закона о јавним набавкама извршите измену конкурсне документације за партије 11 и 12, а према следећем:

1. Партија 11, Ставка 5, Reagens za HDL Holesterol, min 200 testova/set: на тржишту је доступна само и искључиво НОВА генерација HDL теста за апарат Cobas Integra 400+ у паковању од 350 тестова.

Сходно томе, молимо извршите следеће промене: назив реагенса, количину (потребне су 2 уместо 3 кутије) и процењену вредност по паковању (потребно је да буде 9.147,00 РСД без ПДВ-а, тако да укупна процењена вредност за ту ставку остаје иста – 2 x 9.147,00= 18.294,00 РСД). У прилогу је обавештење произвођача о промени.

2. Партија 12, Ставка 12, клиничка хемија, брзи тест крви, тест траке за хемоглобин: више се не производи – обавештење произвођача је у прилогу, потребно ју је брисати из спецификације.

3. Партија 12, Ставка 1, клиничка хемија, контрола за hb (4x2ml): више се не производи – обавештење произвођача је у прилогу, потребно ју је брисати из спецификације.

Молимо за доставу потребних измена у складу са чл. 63 ЗЈН како бисте нам омогућили подношење прихватљиве понуде.”

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, доставило 08.11.2019. године, захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за **ЈН бр. 36/19 Дијагностички материјал за потребе лабораторија**, по следећем:

„Поштовани,

Везано за малопређашњи захтев за додатно појашњење, коригујемо број ставке у питању бр. 3, тако да гласи:

1. Партија 12, Ставка 19, клиничка хемија, контрола за hb (4x2ml): више се не производи – обавештење произвођача је у прилогу, потребно ју је брисати из спецификације.

Молимо за уважите корекцију.“

ОДГОВОР:

У техничкој спецификацији добара у партији 11, ставка број 5 - „Reagens za HDL Holesterol, min 200 testova/set“, мења се назив и опис ставке број 5 тако да гласи: „Reagens za HDL Holesterol, min 350 testova/set“. Мења се тражена количина добара за потребе ЦАпСк-а и износи 2 сета. Мења се јединична процењена вредност без ПДВ-а и износи 9.147,00 динара, док укупна процењена вредност остаје непромењена и износи 18.294,00 динара без урачунатог ПДВ-а.

У техничкој спецификацији добара у партији број 12 бришу се ставке број 12 и 19 јер се исте више не производе.

Партија број 12 састоји се од 21 ставке.

Мења се и укупна процењена вредност партије број 12 и износи 4.639.624,00 динара без урачунатог ПДВ-а.

Наручилац ће у складу са одговором извршити измену конкурсне документације.

ВН

М

Достављено:

-на Портал ЈН

-на Портал МО

-у омот предмета

