



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних осигураника
Бр. 134 - 20
14-11-2019 . године
БЕОГРАД

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
доставља.

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, доставило 12.11.2019. године, захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за **ЈН бр. 36/19 Дијагностички материјал за потребе лабораторија**, по следећем:

„Поштовани,

Као заинтересовано лице у предметном поступку, на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама, овим путем Вас молимо за појашњење и измену конкурсне документације, у делу:

1. Партија 17 – Лабораторијски реагенси компатибилни са апаратом KABE GA3, Ставка 4 Клиничка хемија, Кивета са хемолизатом + капиларе – 100 ком – Обзиром да је величина оригиналног паковања 1000 ком, као и да је процењена вредност наведена у складу са тим, претпостављамо да је у питању штампарска грешка, стога предлагемо да извршите измену конкурсне документације у наведеном делу и да уместо величина паковања 100 ком наведете 1000 ком.

2. Партија 21 – Лабораторијски реагенси компатибилни са апаратом LABUMAT i URISED, Ставка 2 Специјалне кивете за апарат LABUMAT I URISED – У конкурсној документацији у колони Медицинско средство да/не - наведено је НЕ, а у колони Квалитет - Сертификат произвођача о квалитету. Обзиром да је предметна ставка од стране произвођача декларисана као ИВД медицинско средство, на основу чега поседујемо валидно решење Агенције за лекове и медицинска средства, молимо Вас да измените конкурсну документацију за наведену ставку тако да у колони Медицинско средство да/не стоји ДА, а из колоне Квалитет избришете Сертификат произвођача о квалитету.

3. Партија 155 – Имунохемија, контролни серум за тумор маркере,

Ставка 1 - Имунохемија, контролни серум за тумор маркере, течни, ниво 1, контрола квалитета компатибилна са методом/апаратом ADVIA CENTAUR XP/CP, Immulite 2000 (CA 19-9, fPSA, CA 125, CA 15-3)

Ставка 2 - Имунохемија, контролни серум за тумор маркере, течни, ниво 2, контрола квалитета компатибилна са методом/апаратом ADVIA CENTAUR XP/CP, Immulite 2000 (CA 19-9, fPSA, CA 125, CA 15-3)

Ставка 3 - Имунохемија, контролни серум за тумор маркере, течни, ниво 3, контрола квалитета компатибилна са методом/апаратом ADVIA CENTAUR XP/CP, Immulite 2000 (CA 19-9, fPSA, CA 125, CA 15-3)

Величина паковања од 14 мл наведена у конкурсној документацији, није дељива са оригиналном величином паковања комерцијалних контролних серума доступних на територији Р. Србије.


Молимо Вас да уместо 14 мл величину паковања измените на 18 мл како би потенцијални понуђачи могли понудити тражену количину у оригиналном паковању и на тај начин омогућили неометану испоруку.

Надамо се да ћете прихватити наше захтеве за измену конкурсне документације.“

ОДГОВОР:

1. У техничкој спецификацији добара у партији 17, „Лабораторијски реагенси компатибилни са апаратом KABE GA3“, ставка 4, „Клиничка хемија, Кивета са хемоллизатом + капиларе“, у конкурсној документацији стоји да је величина паковања/ јединица мере „сет“ и није назначено колико комада садржи.
2. У техничкој спецификацији за партију број 21, „Лабораторијски реагенси компатибилни са апаратом LABUMAT i URISED“, ставка 2 „Специјалне кивете за апарат LABUMAT i URISED“, из колоне „Квалитет“ брише се „Сертификат произвођача о квалитету“, док у Колонама „Медицинско средство (да/не)“ и „Решење АЛИМС-а“ треба да стоји „ДА“ и „ДА“.
3. У техничкој спецификацији за партију број 155, „Имунохемија, контролни серум за тумор маркере“, са ставки 1, 2 и 3 бришу се количине за ВБ Ниш, док су количине за потребе ВМА по 36 ml, на ставкама 1, 2 и 3.

Наручилац ће у складу са одговором извршити измену конкурсне документације.

ВН


Достављено:
-на Портал ЈН
-на Портал МО
-у омот предмета

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА
потпуковник
Дарио Малешевих

