



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних осигураника

Бр. 134 - 81
14-11-2019 године
БЕОГРАД

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
доставља.

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, доставило 12.11.2019. године, захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за **ЈН бр. 36/19 Дијагностички материјал за потребе лабораторија**, по следећем:

„Поштовани,

Као заинтересовано лице у предметном поступку, на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама, овим путем вас молимо за појашњење и и измену конкурсне документације, у делу:

1. Партија 7 – Дијагностички материјал компатибилан са апаратима „ADVIA 120/2120“, Ставка 3

Раствор за ензимско чишћење система (2x1620ml), Раствор за испирање „EZ Kleen“ – обавештавамо вас да је назив предметног медицинског средства измењен од стране произвођача из „EZ Kleen“ у „EZ Wash“. Напомињемо да су цена, хемијски састав и величина паковања остали непромењени што потврђујемо дописом произвођача (достављамо у прилогу).

Прелажемо да извршите измену конкурсне документације у наведеном делу и да уместо „EZ Kleen“ наведете „EZ Wash“.

2. Партија 7 – Дијагностички материјал компатибилан са апаратима „ADVIA 120/2120“, Ставка 4

Раствор за разблаживање и хемодинамичку припрему узорка – захтеване количине предметног средства наведене у табели су: 160.000ml, 222.000ml, 20.000ml, 180.000ml и укупна количина 582.000ml.

Обзиром да је величина оригиналног паковања 20.000ml, није могуће испоручити предметно медицинско средство у захтеваној количини од 222.000ml, у оригиналном паковању.

Стога вас молимо да измените конкурсну документацију у наведеном делу од 222.000ml, тако да захтевана количина (а сходно томе и укупна количина) буде дељива са величином паковања, како би се омогућила неометана испорука.“

ОДГОВОР:

1. Партија 7 – Дијагностички материјал компатибилан са апаратима „ADVIA 120/2120“, Ставка 3


У техничкој спецификацији добара у делу партије број 7 - Дијагностички материјал компатибилан са апаратима „ADVIA 120/2120“, ставка број 3 има назив и опис – Раствор за ензимско чишћење система (2x1620ml). Наведени назив и опис ставке број 3, партије број 7, остаје непромењен имајући у виду да наручилац није наводио произвођачки /заштићени назив предметног медицинског средства.

2. Партија 7 – Дијагностички материјал компатибилан са апаратима „ADVIA 120/2120“, Ставка 4

Прихвата се измена у техничкој спецификацији, за партију 7, у погледу захтеваних количина за потребе ВБ Ниш, тако да захтевана количина буде 220.000ml, а сходно томе и укупна количина се мења у 580.000ml. С обзиром да је измењена количина добара, доћи ће и до измене укупне процењене вредности партије.

У складу са наведеним наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

ВН



Достављено:

- на Портал ЈН
- на Портал МО
- у омот предмета



ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

потпуковник

Дарио Малешевић

