



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних осигураника

Бр. 136 - 29
29 - 11 - 2019 године
БЕОГРАД

Измену конкурсне документације,
доставља.

Свим заинтересованим лицима

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши измену Конкурсне документације Бр. 136-21 од 21.11.2019. године, за јавну набавку добара, ЈН бр. 39/19- материјал за ангиографију и ангиопластику:

1. У деловима 1.2. Партије, 2.1. Техничке спецификација и Обрасцу понуде са структуром цене, мења се опис, т.ј. количина за ставке 3.а. и 3.б, партије 3, по следећем:

Red. broj	Naziv/opis sredstva	Jedinica mere	Količina	Ukupna cena bez PDV-a
PARTIJA BROJ 3 - INDEFLATORI ZA INTERVENTNU KARDIOLOGIJU				
3a	Indeflator od 30 atm sa mogućnošću brze deflacije, u setu sa automatskom hemostatskom valvulom i velikim unutrašnjim lumenom za prolaza dva balona, torkverom, iglom uvodačem i RXP špricem 4ml	kom	1100	3.740.000,00
3b	Indeflator od 35 atm sa mogućnošću brze deflacije, u setu sa automatskom hemostatskom valvulom i velikim unutrašnjim lumenom za prolaza dva balona, torkverom, iglom uvodačem i RXP špricem 4ml	kom	114	387.600,00

НАПОМЕНА: Понуђач треба да припреми понуду у складу са измењеном Конкурсном документацијом.

Прилог:

- измењене стране конкурсне документације, стр. 3, 5 и 25

иш

Достављено:
-на Портал ЈН
-на Портал МО
-у омот предмета.

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА
ПОТПУКОВНИК
Дарио Малешевић

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке бр. 39/19 су добра - Материјал за ангиографију и ангиопластику.

Назив и ознака из Општег речника набавки:

- Материјал за ангиографију 33111710

- Материјал за ангиопластику 33111730

1.2. ПАРТИЈЕ:

Предмет набавке је обликован у 6 (шест) партија:

Red. br.	Naziv/opis sredstva	Jedinica mere	Količina	Ukupna cena bez PDV-a
1	Vodič sajla AMPLATZ tipa, dužine minimalno 150 cm, sa mekanim vrhom	kom	10	57.750,00
2	Set žica za kompleksne CTO 1. Koronarna žica vodič 0,010/0.014"OD NERDJAJUČEG CELIKA SA TAPER VRHOM OD PLATINE IZRADJENA IZ JEDNOG DELA BEZ PRELAZA, presvučena polimer oblogom preko jezgra 40CM , hidrofilna, sa koničnim vrhom 0.10", za tretman kompleksnih lezija I subtotalnih okluzija, dužine 190cm, vrh 1,7gr, vidljivost vrha pre-shape 15cm, 2. Koronarna žica vodič 0,011/0.014"OD NERDJAJUČEG CELIKA SA TAPER VRHOM OD PLATINE IZRADJENA IZ JEDNOG DELA BEZ PRELAZA, presvučena polimer oblogom preko jezgra 40CM , hidrofilna, sa koničnim vrhom 0.10", za tretman kompleksnih lezija I subtotalnih okluzija, dužine 190cm, vrh 3,5gr, vidljivost vrha pre-shape 15cm, 3. Koronarna žica vodič 0,012/0.014"OD NERDJAJUČEG CELIKA SA TAPER VRHOM OD PLATINE IZRADJENA IZ JEDNOG DELA BEZ PRELAZA, presvučena polimer oblogom preko jezgra 40CM , hidrofilna, sa koničnim vrhom 0.10", za tretman kompleksnih lezija I subtotalnih okluzija, dužine 190cm, vrh 4,5gr, vidljivost vrha pre-shape 15cm, Broj i dužina pojedinih žica po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora	kom	30	450.000,00
3	PARTIJA BROJ 3 - INDEFLATORI ZA INTERVENTNU KARDIOLOGIJU			
3a	Indeflator od 30 atm sa mogućnošću brze deflacije, u setu sa automatskom hemostatskom valvulom i velikim unutrašnjim lumenom za prolaza dva balona, torkverom, iglom uvodačem i RXP špricom 4ml	kom	1100	3.740.000,00
3b	Indeflator od 35 atm sa mogućnošću brze deflacije, u setu sa automatskom hemostatskom valvulom i velikim unutrašnjim lumenom za prolaza dva balona, torkverom, iglom uvodačem i RXP špricom 4ml	kom	114	387.600,00

Red. br.	Naziv/opis sredstva	Jedinica mere	Količina
2	Set žica za kompleksne CTO 1. Koronarna žica vodič 0,010/0.014"OD NERDJAJUCEG CELIKA SA TAPER VRHOM OD PLATINE IZRADJENA IZ JEDNOG DELA BEZ PRELAZA, presvučena polimer oblogom preko jezgra 40CM , hidrofilna, sa koničnim vrhom 0.10", za tretman kompleksnih lezija I subtotalnih okluzija, dužine 190cm, vrh 1,7gr, vidljivost vrha pre-shape 15cm, 2. Koronarna žica vodič 0,011/0.014"OD NERDJAJUCEG CELIKA SA TAPER VRHOM OD PLATINE IZRADJENA IZ JEDNOG DELA BEZ PRELAZA, presvučena polimer oblogom preko jezgra 40CM , hidrofilna, sa koničnim vrhom 0.10", za tretman kompleksnih lezija I subtotalnih okluzija, dužine 190cm, vrh 3,5gr, vidljivost vrha pre-shape 15cm, 3. Koronarna žica vodič 0,012/0.014"OD NERDJAJUCEG CELIKA SA TAPER VRHOM OD PLATINE IZRADJENA IZ JEDNOG DELA BEZ PRELAZA, presvučena polimer oblogom preko jezgra 40CM , hidrofilna, sa koničnim vrhom 0.10", za tretman kompleksnih lezija I subtotalnih okluzija, dužine 190cm, vrh 4,5gr, vidljivost vrha pre-shape 15cm, Broj i dužina pojedinih žica po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora	kom	30
3	PARTIJA BROJ 3 - INDEFLATORI ZA INTERVENTNU KARDIOLOGIJU		
3a	Indeflator od 30 atm sa mogućnošću brze deflacije, u setu sa automatskom hemostatskom valvulom i velikim unutrašnjim lumenom za prolaza dva balona, torkverom, iglom uvodačem i RXP špricom 4ml	kom	1100
3b	Indeflator od 35 atm sa mogućnošću brze deflacije, u setu sa automatskom hemostatskom valvulom i velikim unutrašnjim lumenom za prolaza dva balona, torkverom, iglom uvodačem i RXP špricom 4ml	kom	114
4	Femoralni uvodnik za TAVI i BAV femoralni 10F dužine 23 cm i 12,14,16,18, 20F dužine 30cm i više	kom	30
5	Špric kapaciteta 30 ml sa mogućnošću naduvavanja balona za dilataciju na 35 atmosfera	kom	100
6	Mikrokater dužine 150 cm unutrašnjeg lumena 0.025" distalnog spoljašnjeg dijametra 2,6 F, različitog oblika vrha, prav, 45, 90. Oblik po zahtevu krajnjeg korisnika.	kom	20

Количине добара која су предмет јавне набавке представљају оквирне количине за потребе крајњих корисника наручиоца и то за период од једне године. Наведене количине добара представљају минимум количина за које понуђачи гарантују да ће их испоручити крајњим корисницима наручиоца у складу са њиховим потребама.

Укупна уговорена количина добара зависи од стварних потреба крајњих корисника наручиоца и може да се разликује од оквирних количина наведених у конкурсној документацији.

Да би наручилац оценио да ли понуђено добро поседује захтеване техничке карактеристике, понуђач мора да достави одговарајући **доказ у коме је понуђено добро обележено редним бројем партије и ставке у оквиру партије, као и тражена карактеристика:**

РБ	Назив/опис добра	Јединица мере	Укупно	Назив понуђеног добра, произвођач, каталошки број или одговарајућа ознака	Јединична цена без ПДВ-а	ПДВ (у %)	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна вредност партије без ПДВ-а	Укупна вредност партије са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	presvučena polimer oblogom preko jezgra 40CM , hidrofilna, sa koničnim vrhom 0.10" , za tretman kompleksnih lezija I subtotalnih okluzija, dužine 190cm, vrh 4,5gr, vidljivost vrha pre-shape 15cm, Broj i dužina pojedinih žica po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora								

ПАРТИЈА БРОЈ 3 - INDEFLATORI ZA INTERVENTNU KARDIOLOGIJU

3a	Indeflator od 30 atm sa mogućnošću brze deflације, u setu sa automatskom hemostatskom valvulom i velikim unutrašnjim lumenom za prolaza dva balona, torquerom, iglom uvodačem i RXP špicem 4ml	kom	1100						
3b	Indeflator od 35 atm sa mogućnošću brze deflације, u setu sa automatskom hemostatskom valvulom i velikim unutrašnjim lumenom za prolaza dva balona, torquerom, iglom uvodačem i RXP špicem 4ml	kom	114						
Укупно									