



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних осигураника

Бр. 137 - 34
23 - 10 - 2020 године

**Додатно појашњење конкурсне документације
за ЈН бр. 44/20- Производи од хартије - компресе, врећице и омоти за стерилизацију**

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту Закон, дана 22.10.2020. године доставило захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за ЈН бр. 44/20- Производи од хартије - компресе, врећице и омоти за стерилизацију:

„Молимо Вас за појашњење у вези јавне набавке број 44/20:

1. Партија 3: Rukavci za sterilizaciju bez preklopa sa indikatorima za paru, formaldehid I etilen oksid (papir/providna folija):

- Ставка 3: Да ли је прихватљиво понудити рукавац за стерилизацију, без преклопа, са индикаторима за пару, формалдехид и етилен оксид, (папир/провидна фолија), са одступањем у димензијама +/- 1cm, с обзиром да ту димензију корисник управо користи.

2. Партија 9: Bowie-Dick test PAKK:

- Bowie-Dick test PAKK за парни стерилизатор, 120mm x 120mm. (pakovanje: 50 kartona plus jedan referentni karton u sredini sa hemijskim indikatorom, koji nakon sterilizacije menja boju iz svetle u crnu):

Чињеница је да тачност Bowie-Dick теста не зависи од димензија и броја картона, већ је у питању тест симулације тежине. По европском стандарду EN-ISO 11140, Bowie-Dick тест симулира присуство пакета који се стерилише, од 7kg, на температури од 134 степена, са временским трајањем циклуса стерилизације од 3,5min. Амерички ААМІ стандард, за разлику од европског, симулира присуство од 4kg пакета који се стерилише, на температури од 134 степена, са временским трајањем циклуса стерилизације од 3,5min. Овако направљена спецификација ограничава конкуренцију и не поштује чланове закона о јавним набавкама: члан 99., члан 100., члан 101. Молимо Вас да бришете услов где захтевате одређену димензију теста (120mm x 120mm) или да дате услов одступања од +/- 30mm. Молимо Вас да бришете услов где дефинишете паковање (50 картона плус један референтни картон у средини са хемијским индикатором, који након стерилизације мења боју из светле у црну), с обзиром да број није услов за ефикасност самог теста.

3. Партија 12 – Kontrola pakovanja parne sterilizacije, integrator klase V sa automatskim očitavanjem

- Kontrola pakovanja parne sterilizacije, integrator traka klase V sa automatskim očitavanjem. Integrator trake koje nisu lepljive. Bela boja integrator trake ako je adekvatno izložena delovanju tri kritična parametra pari, temperaturi i vremenu menja se u crnu boju. Dimenzije 15mm x 102mm:

Молимо Вас да појасните термин “аутоматско читавање”. Да ли се мисли на електронски индикатор, за који је неопходан услов читач (reader) за читавање резултата након стерилизације или је у питању техничка грешка? Да ли је у питању интегратор тип 5, који је направљен од алуминијумске фолије, а у шупљини која је уграђена у фолију се налази хемикалија осетљива на температуру и пару, која је направљена тако да се топи у близини температуре и паре? Због чињенице да код интегратора тип 5, ефикасност није условљена димензијама, већ зависи од количине хемијског индикатора у тесту, молимо Вас да дозволите одступање у димензијама од +/-5mm, како би омогућили поштовање чланова закона о јавним набавкама: члан 99., члан 100., члан 101., као што сте уосталом дозволити у другим партијама.

4. Партија 33, 34:

У оквиру спецификације сте навели да је потребно доставити СЕ сертификат. С обзиром да ставке из партија 33, 34 нисте квалификовали као медицинско средство, а да СЕ сертификат као такав не постоји, молимо Вас да бришете овај услов и омогућите доказивање квалитета понуђеног добра достављањем сертификата о квалитету (Quality certification). СЕ знак и ЕС сертификат се издају за медицинска средства, за средства која се не декларишу као медицинска се не издају.

Одговор заинтересованом лицу, на основу члана 63. став 3. Закона:

1. За партију бр. 3 ставку бр. 3, извршиће се измена назива и описа добра, тако да гласи: „Rukavac za sterilizaciju, bez preklopa, sa indikatorima za paru, formaldehid i etilen oksid, (papir /providna folija) 22cm±2cm x 200m i više“. Такође, у све ставке партије бр. 3 ће се додати део „200m i više“.

2. За партију бр. 9, с обзиром на то да димензије нису референтна вредност за употребу Bowie Dick теста, а да број картона јесте 50 и више јер је потребно да има 50 и више картона ради симулације продора стериланта (паре) кроз више баријера, избрисаће се димензије теста и извршиће се измена назива и описа добра, тако да гласи: „Bowie Dick test ПАСК за парни стерилатор, pakovanje: 50 i više kartona plus jedan referentni karton u sredini sa hemijskim indikatorom, koji nakon sterilizacije menja boju iz svetle u tamnu.“

3. За партију бр. 12, извршиће се измена назива и описа добра, тако да гласи:

Partija 12: Kontrola pakovanja parne sterilizacije, integrator traka klase V.

Kontrola pakovanja parne sterilizacije, integrator traka klase V dimenzije 15mm±5mm x 100mm±5mm

4. За партије бр. 33 и 34, избрисаће се из колоне квалитет СЕ сертификат, односно захтев за достављање доказа да понуђена добра поседују „СЕ“ знак.

Измене конкурсне документације у складу са датим одговором ће бити објављене на Порталу јавних набавки и на Порталу МО.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Достављено:
- на Портал ЈН,
- на Портал МО,
- у омот предмета.

