



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних осигураника
Бр. 137 - 35
23 -10- 2020 године
БЕОГРАД

Измене и допуне конкурсне документације,
доставља.

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. Закона о јавним набавкама врши измену конкурсне документације за јавну набавку добара број 44/20- Производи од хартије - компресе, врећице и омоти за стерилизацију, по следећем:

- У тачки 1.2. ПАРТИЈЕ, у табели се мења назив и опис добра за партију бр. 12 и гласи:

Редни број партије	Назив и опис добра	Процењена вредност партије без ПДВ-а
12	Kontrola pakovanja parne sterilizacije, integrator traka klase V.	106.500,00

- У тачки 2.1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, у табели се мења назив и опис добра за партију бр. 3 ставке бр. 1, 2, 3 и 4 и партије бр. 9 и 12; за партије бр. 33 и 34 се брише СЕ сертификат из квалитета, и гласи:

Редни број партије/ставке	Назив и опис добра	Јединица мере	Количина ВМА	Количина ВБ Ниш	Количина ВБ Нови Сад	Укупна количина	Квалитет	Медицинско средство (ДАНЕ)	Решење АЛИМС-а	Рок стерилности/употребе на дан испоруке	Рок испоруке
Partija 3: Rukavci za sterilizaciju bez preklopa sa indikatorima za paru, formaldehid i etilen oksid. (papir / providna folija). (papir 65-70g/m ² / providna folija poliestер-polipropilen).											
1	Rukavac za sterilizaciju, bez preklopa, sa indikatorima za paru, formaldehid i etilen oksid, (papir / providna folija) 10cm-12cm x 200m i više	kom.	20	10	30	EN 868-5, ISO 11607-1 i 2, ISO 11140-1, ISO 9001, ISO 13485	DA	DA	DA	Min. 50% deklarisanе вредности proizvođača	U jednoj tranši u roku ne kraćem od 4 dana i ne dužem od 30 dana od dana zaključenja ugovora
2	Rukavac za sterilizaciju, bez preklopa, sa indikatorima za paru, formaldehid i etilen oksid, (papir / providna folija) 15cm-16cm x 200m i više	kom.	400		400	EN 868-5, ISO 11607-1 i 2, ISO 11140-1, ISO 9001, ISO 13485	DA	DA	DA	Min. 50% deklarisanе вредности proizvođača	U jednoj tranši u roku ne kraćem od 4 dana i ne dužem od 30 dana od dana zaključenja ugovora
3	Rukavac za sterilizaciju, bez preklopa, sa indikatorima za paru, formaldehid i etilen oksid, (papir / providna folija) 22cm±2cm x 200m i više	kom.	400	5	405	EN 868-5, ISO 11607-1 i 2, ISO 11140-1, ISO 9001, ISO 13485	DA	DA	DA	Min. 50% deklarisanе вредности proizvođača	U jednoj tranši u roku ne kraćem od 4 dana i ne dužem od 30 dana od dana zaključenja ugovora
4	Rukavac za sterilizaciju, bez preklopa, sa indikatorima za paru, formaldehid i etilen oksid, (papir / providna folija) 25cm x 200m i više	kom.	1.800	50	600	EN 868-5, ISO 11607-1 i 2, ISO 11140-1, ISO 9001, ISO 13485	DA	DA	DA	Min. 50% deklarisanе вредности proizvođača	U jednoj tranši u roku ne kraćem od 4 dana i ne dužem od 30 dana od dana zaključenja ugovora
Partija 9: Bowie Dick test PACK.											
1	Bowie Dick test PACK za parni sterilizator, pakovanje: 50 i više kartona plus jedan referentni karton u sredini sa hemijskim indikatorom, koji nakon sterilizacije menja boju iz svetle u tamnu.	kom.	1.800	50	600	2.450	EN 867 4, ISO 11140-4, klasa 2, ISO 9001	NE	Mišljenje ALIMS-a ili Resenje o brisanju medicinskog sredstva iz Registra medicinskih sredstava	Min. 50% deklarisanе вредности proizvođača	U jednoj tranši u roku ne kraćem od 4 dana i ne dužem od 30 dana od dana zaključenja ugovora
Partija 12: Kontrola pakovanja parne sterilizacije, integrator traka klase V.											

Редни број партије/ставке	Назив и опис добра	Јединица мере	Количина ВМА	Количина ВБ Ниш	Количина ВБ Нови Сад	Укупна количина	Квалитет	Медицинско средство (ДА/НЕ)	Решење АЛИМС-а	Рок стерилности/ употребе на дан испоруке	Рок испоруке
1	Kontrola pakovanja parne sterilizacije, integrator traka klase V dimenzije 15mm±5mm x 100mm±5mm	kom.	3.000			3.000	ISO 11140-1, ISO 9001, Klasa 5	NE	Mišljenje ALIMS-a ili Rešenje o brisanju medicinskog sredstva iz Registra medicinskih sredstava	Min. 50% deklarisanе vrednosti proizvođača	U jednoj transi u roku ne kraćem od 4 dana i ne dužem od 30 dana od dana zaključenja ugovora
33	Indikator sterilnosti za plazma sterilizator, biološki.	kom.	120	20		140	NE	NE	NE	Min. 50% deklarisanе vrednosti proizvođača	U jednoj transi u roku ne kraćem od 4 dana i ne dužem od 30 dana od dana zaključenja ugovora
34	Indikator sterilnosti za plazma sterilizator, hemijski.	kom.	200	80		280	NE	NE	NE	Min. 50% deklarisanе vrednosti proizvođača	U jednoj transi u roku ne kraćem od 4 dana i ne dužem od 30 dana od dana zaključenja ugovora

- Брише се део текста, који је гласио: „За понуђена добра из партија бр. 33 и 34 понуђач је дужан да у понуди достави доказ да понуђена добра поседују „СЕ“ знак.“

- У Обрасцу бр. 1- ОБРАСЦУ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ у табели се мења назив и опис добра за партију бр. 3 ставке бр. 1, 2, 3 и 4 и партије бр. 9 и 12, и гласе:

Редни број партије/ставке	Назив и опис добра	Јединица мере	Укупна количина	Назив понуђеног добра, произвођач, каталожки број или одговарајућа ознака	Јединична цена без ПДВ-а	ПДВ (у %)	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна вредност без ПДВ-а	Укупна вредност са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Partija 3: Rukavci za sterilizaciju bez preklopa sa indikatorima za paru, formaldehid i etilen oksid, (papir / providna folija), (papir 65-70g/m ² / providna folija poliester-polipropilen).									
1	Rukavac za sterilizaciju, bez preklopa, sa indikatorima za paru, formaldehid i etilen oksid, (papir / providna folija) 10cm-12cm x 200m i više	kom.	30						
2	Rukavac za sterilizaciju, bez preklopa, sa indikatorima za paru, formaldehid i etilen oksid, (papir / providna folija) 15cm-16cm x 200m i više	kom.	400						
3	Rukavac za sterilizaciju, bez preklopa, sa indikatorima za paru, formaldehid i etilen oksid, (papir / providna folija) 22cm±2cm x 200m i više	kom.	405						
4	Rukavac za sterilizaciju, bez preklopa, sa indikatorima za paru, formaldehid i etilen oksid, (papir / providna folija) 25cm x 200m i više	kom.	10						
							Укупно за партију бр. 3:		
Partija 9: Bowie Dick test PACK.									
1	Bowie Dick test PACK za parni sterilizator, pakovanje: 50 i više kartona plus jedan referentni karton u sredini sa hemijskim indikatorom, koji nakon sterilizacije menja boju iz svetle u tamnu.	kom.	2.450						
Partija 12: Kontrola pakovanja parne sterilizacije, integrator traka klase V.									
1	Kontrola pakovanja parne sterilizacije, integrator traka klase V dimenzije 15mm±5mm x 100mm±5mm	kom.	3.000						

Напомена: Понуђач треба да припреми понуду у складу са измењеном конкурсном документацијом. Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

Пречишћен текст конкурсне документације за јавну набавку добара, који садржи горе наведене измене, биће објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Достављено:

- на Портал ЈН,
- на Портал МО,
- у омот предмета.

