



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање војних осигураника

Бр. 139-33

09-11-2020. године

БЕОГРАД

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
доставља

Заинтересована лица су на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доставила захтеве за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку бр. 55/20 – Медицински нехемијски потрошни материјал – катетери, каниле и дилататори, према следећем:

Питање број 1: „Везано за партију 25 – да ли бисте прихватили канилу од 24Fr (87024) дужине 33cm или канилу од 22 Fr (87122, 87222) димензије 27,9 cm?”

Питање број 2: „Овим путем хтели бисмо да напоменемо да је за партије 43, 44, 45, 46, произвођачки максималан рок употребе/стерилности за термодилуционе катетере и перкутани уводник за термодилуционе катетере 2 године. Те је стога немогуће испоручити поменута добра са роком употребе/стерилности од минимум 2 године на дан испоруке. Из тог разлога вас молимо да преиначите захтев за рок употребе/стерилности за партије 43, 44, 45, 46 у минимум 50% произвођачког рока у моменту испоруке или минимум 12 месеци у моменту испоруке.”

Питање број 3: „Партија 24- Да ли се тражи канила са конектором или без конектора 3/8?”

Питање број 4: „Партија 26: Да ли би за партију број 26 био одговарајући дуготрајни централновенски катетер следећих карактеристика: дијаметар 14 Fr, дужина од врха до „cuff-a“ 27 cm, са сплит врхом, Peel-away sheath-ом (шитом који се цепа)?

Партија 27: Да ли би за партију број 27 био одговарајући дуготрајни централновенски катетер следећих карактеристика: дијаметар 14 Fr, дужина од врха до „cuff-a“ 31 cm, са сплит врхом, Peel-away sheath-ом (шитом који се цепа)?

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **одговара** заинтересованим лицима:

„Одговор на питање број 1: Партија број 25 мења се и гласи: „Aortna kanila sa povijenim vrhom, armirana i sa usekom za fiksiranje šavom, 22FR, dužine 33 cm ± 6cm, konektor 3/8”

Одговор на питање број 2: За партије број 43, 44, 45 и 46 мења се захтевани рок употребе/стерилности на дан испоруке, тако да је сада захтевани рок употребе/стерилности **минимум 12 месеци на дан испоруке.**

Одговор на питање број 3: У партији број 24 тражи се канила без конектора.

Одговор на питање број 4: За партије број 26 и 27 **не мења** се спецификација која је саставни део конкурсне документације за ЈН бр. 55/20.

Наручилац ће, у складу са напред наведеним, извршити измене конкурсне документације за ЈН бр. 55/20.“

Комисија за јавну набавку

Достављено:

- на Портал ЈН,
- интернет страницу наручиоца,
- у омот предмета.