



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање војних осигураника

Бр. 139 - 57
13-11-2020. године
БЕОГРАД

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
доставља

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доставило захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку бр. 55/20 – Медицински нехемијски потрошни материјал – катетери, каниле и дилататори, према следећем:

„Молимо тендерску комисију да поступи у складу са ЗЈН и обезбеди конкуренцију за партије 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18, обзиром да су у свим наведеним партијама тражени **непровидни** катетери, и на тај начин се без разлога, ограничила конкуренција.

1. Молимо наручиоца да потврди да ће за партију 11- Balon kateter po Foley-u Ch 18, dvokanalni, silikonski /100% silikon/, neprovidni, sa oblim vrhom, zapremina balona minimum 30 ml, radiopaktan. Dužina katetera najmanje 43 cm, **прихватити и понуду и транспарентних катетера минималне дужине 41cm.**
2. Молимо наручиоца да потврди да ће за партију 12- Balon kateter po Foley-u Ch 20, dvokanalni, silikonski /100% silikon/, neprovidni, sa oblim vrhom, zapremina balona minimum 30 ml, radiopaktan. Dužina katetera najmanje 43 cm, **прихватити и понуду и транспарентних катетера минималне дужине 41cm.**
3. Молимо наручиоца да потврди да ће за партију 13-Balon kateter po Foley-u Ch 18, dvokanalni, otvorenog ravnog, zasecenog, vrha , dvokanalni, silikonski/100% silikon/, neprovidni, zapremina balona minimum 30 ml, radiopaktan. Dužina katetera najmanje 43 cm, **прихватити и понуду и транспарентних катетера минималне дужине 41cm.**
4. Молимо наручиоца да потврди да ће за партију 14-Balon kateter po Foley-u Ch 20, dvokanalni, otvorenog ravnog, zasecenog vrha, dvokanalni, silikonski/100% silikon/, neprovidni, zapremina balona minimum 30 ml, radiopaktan. Dužina katetera najmanje 43 cm, **прихватити и понуду и транспарентних катетера минималне дужине 41cm.**
5. Молимо наручиоца да потврди да ће за партију 15- Kateter po Foley-u - CH-20, trokanalni, silikonski (100% silikon), neprovidan, DUFUR vrh, sa minimalno dva otvora za drenažu urina. Dužina katetera najmanje 43 cm. Zapremina balona

minimalno 60 ml, **прихватити и понуду и транспарентних катетера минималне дужине 42cm.**

6. Молимо наручиоца да потврди да ће за партију 16- Kateter po Foley-u - CH-22, trokanalni, silikonski (100% silikon), neprovidan, DUFUR vrh, sa minimalno dva otvora za drenažu urina. Dužina katetera najmanje 43 cm. Zapremina balona minimalno 60 ml., **прихватити и понуду и транспарентних катетера минималне дужине 42cm.**
7. Молимо наручиоца да потврди да ће за партију 17- Kateter po Foley-u - CH-20 trokanalni, silikonski (100% silikon), neprovidan, COUVELIER vrh, sa minimalno dva otvora za drenažu urina. Dužina katetera najmanje 43 cm. Zapremina balona minimalno 50 ml., **прихватити и понуду и транспарентних катетера минималне дужине 42cm.**
8. Молимо наручиоца да потврди да ће за партију 18- Kateter po Foley-u - CH-22 trokanalni, silikonski (100% silikon), neprovidan, COUVELIER vrh, sa minimalno dva otvora za drenažu urina. Dužina katetera najmanje 43 cm. Zapremina balona minimalno 50 ml., **прихватити и понуду и транспарентних катетера минималне дужине 42cm.**

Ми смо компанија која нуди медицинска средства реномираног светског произвођача, који је на тржишту више од 100 година, а оваквом спецификацијом за тражене катетере је онемогућено учешће.“

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **одговара** заинтересованим лицима:

„За партије број 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 Наручилац у свему остаје при захтевима из техничке спецификације која је саставни део конкурсне документације за ЈН бр. 55/20.“

Комисија за јавну набавку бр. 55/20

Достављено:

- на Портал ЈН,
- интернет страницу наручиоца,
- у омот предмета.