



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних осигураника
Број 140 - 57
20-12-2018 године
БЕОГРАД

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
доставља.

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту: Закон, доставило 18.12.2018. године, захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за ЈН 36/18 Инструменти за операционе сале, за потребе Војномедицинске академије, Војне болнице Ниш и Војне болнице Нови Сад (у даљем тексту: ВМА, ВБ Ниш и ВБ Нови Сад), по следећем:

„Поштовани, Молимо Вас да нам појасните следеће:

Увидом у конкурсну документацију уочили смо да сте навели да су дозвољена одступања у односу на тражене дужине техничком спецификацијом +/-2%. Сматрамо да су дозвољена одступања премала, с обзиром да +/-2% од тражених димензија није ни један цео број. Разумно минимално одступање у процентима би било бар од +/-10 %. Тачније навели сте за партију 5(ставке од 1-131) +/-2%, за ставке 132,133 и 134 +/-5%; за партију 10(ставке од 1-81) +/-2%, за ставке 98 и 100 +/-5%; за партију 10 за ставке 82-97 да нису дозвољена одступања; за партије 15,16,17 и 18 +/-2%. С тим у вези у партији 15 позиције 2 и 20, партији 16 позиција 20, партији 17 позиције 16 и 17 и партији 18 позиције 14 и 15 навели сте интервал од 10 до 15 цм што је око 50% одступање. Поставља се питање како су на појединим позицијама дозвољена оволика одступања, а на појединим никаква. С обзиром да се дужине и димензије хируршких инструмената разликују од произвођача до произвођача није разумно наведено одступање од +/-2% и није у складу са Законом јавних набавки јер директно ограничава конкуренцију и своди на то да само један на овај начин фаворизован понуђач може да достави одговарајућу понуду.

- Осим тога у партији 10 позиција 9 наведен је инструмент HELLBERG-KUPKA TUNGSTEN CARBIDE IGLODRŽAČ SA KOČNICOM, 210CM и позиција 99 Поклопац контејнера за 5000 циклуса стерилизације, одржавају стерилност материјала у кутији мин. 12 месеци, које поседује само један понуђач. А у партији 5 позиције 132 и 134 наведен је контејнер за стерилизацију са антимикуробном баријером за неограничен број стерилизација, са ручкама од термоотпорне пластике који такође поседује само

један исти понуђач као и за партију 10. На овај начин Наручилац директно елиминише све друге понуђаче.

У складу са претходно наведеним захтевама од Наручиоца да партије 4,5,10,15,16,17 и 18 раздели тако да свака ставка(позиција) буде засебна партија као што је Наручилац и објављивао јавне набавке за инструменте свих претходних година и да дозволи одступања у поменутих партијама за све позиције, као и одступања за партије 8,22,23,24 и 29.

Такође Вас молимо да нам појасните за партију број 8, позиција 1 на шта се односи наведена димензија 10x25mm?

Скрећемо Вам пажњу да овако конципираном техничком спецификацијом директно ограничавате конкуренцију, што је у супротности са чланом 10. ЗЈН, којим је прописано да је Наручилац дужан да у поступку јавне набавке омогући што већу конкуренцију и да не може да онемогући било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке коришћењем одређене дискриминишуће техничке спецификације и критеријума, као и са чланом 12. ЗЈН којим је прописано да је Наручилац дужан да у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај понуђачима.

С тога Вас молимо да уважите наше сугестије и да не поступате супротно члану 10,12,71 и 72 Закона јавних набавки, односно да не користите дискриминаторске услове при одређивању техничке спецификације, тј. да омогућите и обезбедите конкуренцију у отвореном поступку у складу са Законом.“

НАРУЧИЛАЦ Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **ОДГОВАРА заинтересованом лицу:**

„Није дозвољено веће одступање с обзиром на то да је дужина инструмената у корелацији са ширином радног дела деликатних инструмената која мери у милиметрима стога би већа одступања од захтеваних димензија могла да доведу до тога да инструменти буду неупотребљиви за коришћење у неким деликатним операцијама из области микрохирургије, кардиохирургије, васкуларне хирургије...у којима се користе изузетно танки конци (7/0-11/0) и игле (5,5-7mm).

У партији 10, ставке 82-97, димензије инструмената су изражене у универзалним међународним јединицама French. Један French износи једну трећину милиметра тако да у траженим сетовима инструмената који се међусобно разликују за по једну јединицу мере, одступање није могуће.

За наведене ставке у партијама 15, 16, 17 и 18, сетовима инструмената за потребе Војне болнице Ниш, ради се о грубим скалпелдржачима за прављење једноставних инцизионих рана на кожи тако да дужина држача не игра улогу у извођењу оперативне процедуре.

У партији 10, ставка 9 „Hellberg-Kupka tungsten karbid iglodržač, 210cm“ не означава произвођача него аутора и конструктора траженог инструмента као и материјал од кога је направљен. Конструкција инструмента у потпуности подржава физиолошки положај шаке оператора што доприноси већој прецизности у раду. Материјал од кога је израђен инструмент је антирефлектујући и изузетне чврстине с обзиром на то да се користи

приликом рада са иглама израђеним од изузетно јаких челика (Wolfram, Wolframgenijum,...) неопходан је и чврст материјал ради дуготрајности инструмента. У свету постоји више фирми које производе иглодржач поменутог аутора. За ставку 99 исте партије „Поклопац контејнера за 5000 стерилизација, одржава стерилност материјала у кутији минимум 12 месеци“, тражена средства су планирана за војну установу која има неке специфичне потребе у смислу постојања ратних резерви и дуготрајног одржавања рока стерилности инструмената, а све у циљу приправности и спремности у случају природних катастрофа, елементарних непогода и евентуалних ратних катастрофа, неопходно је да неки сетови буду дуготрајно стерилни и спремни за ургентну употребу и транспорт на место непогода и на теренске активности војних јединица. У партији 5, позиције 132 и 134 „Контејнер за стерилизацију са антимикробном баријером за неограничени број стерилизација“ захтев је у потпуности оправдан с обзиром на то да се инструменти у Операционом блоку ВМА стерилишу углавном по десетак пута у току дана, где се дневно уради и по 100-120 хируршких интервенција. На стандардним поклопцима и кутијама, које имају 2 до 4 филтера а којима је антимикробна баријера израђена од папира, ПТФЕ или неког другог материјала који има ограничен век употребе (200-1000 циклуса стерилизације) са оваквом динамиком посла и бројем циклуса стерилизације, неопходно је мењати филтере на 4 до 6 месеци. С обзиром на то да цена паковања филтера за касете које поседујемо износи око ¼ цене поклопца са баријером за неограничени број стерилизација, у потпуности је економски оправдана набавка тражених добара.


И претходних година су јавне набавке инструмената за операционе сале увек биле обликоване по партијама специфичним за поједине хируршке гране а у складу са потребама крајњих корисника.

У партији 8, ставка број 1, наведена димензија се односи на дебљину шипке која може да прихвати клема за фиксацију на операциони сто.

Све партије су обликоване према специфичним потребама крајњих корисника.

Имајући у виду напред наведено, Наручилац остаје у свему при техничкој спецификацији која је саставни део конкурсне документације.“

ЈС


 **ДИРЕКТОР**
 потпуковник
 др Радан Костић


Достављено:
 -на Портал ЈН
 -на Портал МО
 -у омот предмета