



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И КОНТРОЛИНГ

Фонд за социјално осигурање  
војних осигураника

Бр. 142 - 28

25-12-2017 . године

Одговор заинтересованом лицу  
у вези са припремањем понуде,  
**д о с т а в љ а .-**

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, доставило 22.12.2017. године, захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за **ЈН бр. 40/17 Инструменти за операционе сале**, по следећем:

“Поштовани,

Везано за тендерски захтев о испуњености додатних услова из ЈН бр. 40/17, обраћамо Вам се са следећим питањима:

Као доказ да се располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом тражено је достављање биланса стања и биланса успеха за последње три године (2014., 2015. и 2016. година), будући да је фирма основана у јануару месецу 2015.године, постављамо следеће питање:

**ПИТАЊЕ 1:** Да ли је довољно доставити изјаву на меморандуму о датуму оснивања фирме и Извод о оснивању из АПР-а, као и Биланс стања и Биланс успеха за 2015. и 2016.годину?

Молимо тендерску комисију да у складу са ЗЈН, основне одредбе, члан 10., потврди да ће прихватити и еквиваленте тако да се техничком спецификацијом не фаворизује само један произвођач, самим тим и само један понуђач, што је противно чл. 9. ЗЈН-а.

Молимо наручиоца да потврди да ће прихватити и следеће:

**ПИТАЊЕ 2:** За партију 1- Уретерални сет стент моно Ј, дужине 70-90cm

**ПИТАЊЕ 3:** За партију 2- Уретерални сет стент моно Ј, дужине 70-90cm

**ПИТАЊЕ 4:** За партију 17- Жица водиља нитинолска са хидрифилним правим врхом од 10-13cm.“

**НАРУЧИЛАЦ** Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **ОДГОВАРА заинтересованом лицу:**

1. Довољно је доставити изјаву на меморандуму о датуму оснивања фирме и Извод о оснивању из АПР-а, као и Биланс стања и Биланс успеха за 2015. и 2016.годину.

2. Мења се назив и опис средства на партији број 1 која сада гласи: „Ureteralni set stent, monoJ, CH 4,8, otvorenog vrha, **dužine 70-90 cm**, bez perforacija u ureteralnom delu, od poliuretana, sa niskom stopom inkrustracije, sa koničnim vrhom, radiopaktan, graduisan, sa dve fiksirajuće kleme, dužina uvođača je 150 cm.”

3. Мења се назив и опис средства на партији број 2 која сада гласи: „Ureteralni set stent, monoJ, CH 6, otvorenog vrha, **dužine 70-90 cm**, bez perforacija u ureteralnom delu, od poliuretana, sa niskom stopom inkrustracije, sa koničnim vrhom, radiopaktan, graduisan, sa dve fiksirajuće kleme, dužina uvođača je 150 cm.”

4. Не прихвата се предложена измена за партију број 17, јер је у супротности са траженом техничком спецификацијом, тако да назив и опис средства на партији број 17 остају непромењени.

**Измена конкурсне документације у складу са датим одговорима ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.**

*M* ВН

ПО ОВЛАШЋЕЊУ  
ДИРЕКТОРА  
ВОЈНИ СЛУЖБЕНИК  
Зоран Стојановић  
*[Signature]*

Достављено:  
-на Портал ЈН  
-на Портал МО  
-у омот предмета