



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних осигураника
Бр. 142-29
05-10-2020. године
Б Е О Г Р А Д

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
доставља

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доставило захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку бр. 50/20 - Ортопедски материјал, ортопедска помагала и вештачки зглобови:

„1. У партији бр. 7 - ОСТЕОСИНТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ ОД ТИТАНИЈУМА - да ли је Наручиоцу прихватљиво да се понуди остеосинтетски материјал од хирушког челика, где се све друге карактеристике материјала не мењају у складу са потребама Наручиоца?

2. У партији бр. 4 - ИНТРАМЕДУЛАРНИ КЛИН ЗА ОСТЕОСИНТЕЗУ ПРЕЛОМА ТИБИЈЕ, ТИТАНИЈУМСКИ –

за ред. број 4,1 се тражи промер клина 8-14mm, да ли је Наручиоцу прихватљив промер клина 8-13mm?

За ред. број 4,3 се тражи закључавајући шраф дијаметра 3.8 mm. Да ли је Наручиоцу прихватљив промер закључавајућег шрафа од 4mm?

За Ред. број 4,4 се трази закључавајући шраф дијаметра 4.8mm, да ли је Наручиоцу прихватљив промер закључавајућег шрафа од 5mm?

3. У партији бр. 5 - ИНТРАМЕДУЛАРНИ КЛИН ЗА ОСТЕОСИНТЕЗУ ПРЕЛОМА ДИЈАФИЗЕ ФЕМУРА АНТЕРОГРАДНИ-РЕТРОГРАДНИ, ТИТАНИЈУМСКИ –

за ред. број 5,3 се тражи цервикални закључавајући шраф промера 6.5mm, да ли ће Наручиоцу бити прихватљив промер шрафа од 5mm?

За ред. број 5,4 се тражи закључавајући шраф за дистално закључавање промера 4,8mm, да ли је Наручиоцу бити прихватљив промер шрафа од 6mm?

Предложене измене су у циљу проширења техничких карактеристика конкурсне документације, ради омогућавања равноправног учествовања свих понуђача, при чему се не умањује квалитет остеосинтетског материјала који би био уграђен.“

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, одговара заинтересованом лицу:

„За партију број 7 није прихватљиво да материјал буде од медицинског челика уместо од титанијума, те спецификација која чини саставни део конкурсне документације остаје непромењена.

За ставку број 4.1 у оквиру партије бр. 4 мења се спецификација која чини саставни део конкурсне документације, на начин да тражени промер буде дефинисан у распону од 8-13 mm, тако да ставка број 4.1 сада гласи: „Intramedularni titanijumski kanulirani zaključavajući klin za osteosintezu tibije, promera 8-13mm, dužina 255-420mm ili ekvivalent“.

За ставку број 4.3 у оквиру партије бр. 4 мења се спецификација која чини саставни део конкурсне документације тако да сада гласи: „Šraf za zaključavanje, 3.8mm-4mm, samonarezujući, različitih dužina, titanijumski ili ekvivalent“.

За ставку број 4.4 у оквиру партије бр. 4 мења се спецификација која чини саставни део конкурсне документације тако да сада гласи: „Šraf za zaključavanje, 4.8mm-5mm, samonarezujući, različitih dužina, titanijumski ili ekvivalent“.

За ставку број 5.3 у оквиру партије број 5 мења се спецификација која чини саставни део конкурсне документације тако да сада гласи: „Cervikalni zaključavajući šraf, promera 5mm-6.5mm, različitih dužina, titanijumski ili ekvivalent“.

За ставку број 5.4 у оквиру партије број 5 мења се спецификација која чини саставни део конкурсне документације тако да сада гласи: „Šraf za distalno zaključavanje, 4.8mm-6 mm, samonarezujući, različitih dužina, titanijumski ili ekvivalent“.

Наручилац ће, у складу са напред наведеним одговорима, извршити измену конкурсне документације и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.“

Комисија за јавну набавку

Достављено:

- на Портал ЈН,
- интернет страницу наручиоца,
- у омот предмета.