



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И КОНТРОЛИНГ  
Фонд за социјално осигурање  
војних осигураника

Бр. 142 - 39  
27 DEC 2017 . године

Одговор заинтересованом лицу  
у вези са припремањем понуде,  
**д о с т а в љ а .-**

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, доставило 26.12.2017. године, захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за **ЈН бр. 40/17 Медицински и дијагностички комплети**, по следећем:

„Поштовани, молим да одговорите на следећа питања:

**1. Партија 8:** молим да се прошири спецификација за партију 8, тако да гласи:  
„Set stent ureteralni, 7f/28cm, od poliuretana, dužina uvodjača presvučenog teflonom 145-150cm, dužina gurača 45-50cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan”.

**2. Партија 9:** молим да се прошири спецификација за партију 9, тако да гласи:  
„Set stent ureteralni, F6/28cm, od poliuretana, dužina uvodjača presvučen teflonom 145-150cm, dužina gurača 45-50cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan”.

**3. Партија 18:** молим да се прошири спецификација за партију 18, тако да гласи:  
„Set stent ureteralni, meki, od termosenzitivnog materijala sa hidrofilnom oblogom, debljine 4.7-5.0 Fr, dužine 28cm, sa nitinolским uvodačem, sa mogućnošću ostajanja u organizmu više od 6 meseci”.

**НАРУЧИЛАЦ** Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **ОДГОВАРА заинтересованом лицу:**

**1.** Мења се назив и опис средства за партију број 8 и гласи: „Set stent ureteralni, 7f/28 cm, od poliuretana, dužina uvodjača presvučenog teflonom **145-150cm**, dužina gurača **45-50cm**, graduisan celom dužinom, radiopaktan”.

**2.** Мења се назив и опис средства за партију број 9 и гласи: „Set stent ureteralni, F6/28cm, od poliuretana, dužina uvodjača presvučen teflonom **145-150cm**, dužina gurača **45-50cm**, graduisan celom dužinom, radiopaktan”.

**3.** Мења се назив и опис средства за партију број 18 и гласи: „Set stent ureteralni, meki, od termosenzitivnog materijala sa hidrofilnom oblogom, **debljine 4.7 -5.0Fr**, dužine 28cm, sa nitinolским uvodačem, sa mogućnošću ostajanja u organizmu više od 6 meseci”.

**Измена конкурсне документације у складу са датим одговорима ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.**

ВН  
*т* *Р*

Достављено:  
-на Портал ЈН  
-на Портал МО  
-у омот предмета

ДИРЕКТОР  
потпуковник  
др Радан Костић  
*Радан Костић*