



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И КОНТРОЛИНГ
Фонд за социјално осигурање
војних осигураника

Бр. 142 - 44

28 DEC 2017 . године

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
д о с т а в љ а .-

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, доставило 26.12.2017. године, захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за **ЈН бр. 40/17 Медицински и дијагностички комплети**, по следећем:

„Питање бр. 1, Партија бр. 12

У техничкој документацији у партији 12 наручилац наводи спецификацију са описом:

„Košuljica za uvođenje ureterorenoskopa u ureter, unutrašnji dijametar radnog kanala širine 10Fr, spoljašnji dijametar 12Fr, dužine 45cm.”

Да ли је за наручиоца прихватљива и кошуљица за увођење уретерореноскопа у уретер, унутрашњи дијаметар радног канала ширине 11Fr, спољашњи дијаметар 13Fr, дужине 46cm?

Питање бр. 2, Партија бр. 23

У техничкој документацији у партији 23 наручилац наводи спецификацију са описом:

„TOT sling za žensku urinarnu inkontinenciju - Set za SUI kod žena , ispletена polipropilenska monofilamentna sling mrežica-traka/gustina tkanja veća od 1000 mikrona/veličine 50cmx1.1cm, neabsorbabilna za transobturatorno uvođenje-spolja put unutra/out-in/, resorbujući tenzioni konac 4.0 PGA koji se proteže kroz mrežicu, dijametra tkanja 6mm, plastični zaštitini omotač, 2 lučno-helikoidna zakrivljene igle do hirurškog čelika orjentisane levo i desno, sterilno, za jednokratnu upotrebu.”

Да ли је за наручиоца прихватљива и: TOT (out-in) исплетена монотиламентна трака полипропиленa тип I, плаве боје, са детангираном ивицом централног сегмента на средњој уретри, са централним језичком за позиционирање, величине поре 1182 микрона, дијаметра влакна 0,15mm, специфичне тежине 100 g/m2, дебљине мрежице 0,66mm и две хеликоидне игле за увођење од нерђајућег челика за једнократну употребу?

Питање бр. 3, Партија бр. 24

У техничкој документацији у партији 24 наручилац наводи спецификацију са описом:

„Jednoincizioni mini sling za žensku urinarnu inkontinenciju - Set za SUI kod žena, ispletена polipropilenska monofilamentna mini mrežica-traka/gustina tkanja veća od 1000mikrona/, jednoincizona samofiksirajući sistema sa obturatornim fiksiranjem koji se sastoji od jedne zakrivljene igle od hirurškog čelika za jednokratnu upotrebu, dimenzija trake 8.5cmx1.1cm i 2 polipropilensaka integrisana samofiksirajuća vrha.”

Да ли је за наручиоца прихватљив и једноинцизионни слинг од полипропилена дужине 9cm са детангираном ивицом централног сегмента на средњој уретри дужине 4cm и иглом за увођење од хируршког челика за једнократну употребу са средишњим маркером и гурачем за отпуштање?

Питање бр. 4, Партија бр. 25

У техничкој документацији у партији 25 наручилац наводи спецификацију са описом:

„Sistem reparacije apikalnog anteriornog prolapsa /Elevate anterior/ / Set za reparaciju apikalnog i anteriornog prolapsa, koji se sastoji od jedne apikalne i jedne anteriorne igle od hirurškog čelika/za jednokratnu upotrebu/ i neresorptivne monofilamentne polipropilenkse mrežice /gustina tkanja veća od 1000 mikrona/ dimenzija: dužina 10cm, apikalna širina 8cm, širina od jednog do drugog giksacionog kraja 9cm, dužina 6,5cm od kopče za otpuštanje do vrata mrežice.”

Да ли је за наручиоца прихватљива и мрежица за антериорни и апикални вагинални пролапс од полипропилена, плаве боје, макропорозна са централним маркером, крацима превученим дилататорима за фиксирање кроз сакроспинални лигамент са бургијастим иглама за инструмент за вођењем сутуре, површине 62cm², специфичне тежине 25g/m², површинског односа према ткиву 1,11?

Питање бр. 5, Партија бр. 68

У техничкој документацији у партији 68 наручилац наводи спецификацију са описом:

„Set za ligature varikoziteta jednjaka, set sadrži: aplikator, ligatura sa pripadajućih 6 guma.”

Да ли је за наручиоца прихватљиво да понуђач понуди сет за лигатуре варикозитета једњака, сет садржи апликатор и лигатуру са 7 припадајућих гумица?

Питање бр. 6, Партија бр. 80

У техничкој документацији у партији 80 наручилац наводи спецификацију са описом:

„Balon za dilataciju jednjaka sa rendgenskim markerom; kompatibilan sa žčanim vodičem 0,035 inch; dužina balona 40 mm; spoljni prečnik balona 8 mm; radna dužina 1800 mm; minimani radi kanal 2,8mm.”

Да ли је за наручиоца прихватљиво да понуђач понуди: Балон за дилатацију једњака са рендгенским маркером; компатибилан са жичаним водичем 0,035inch; дужина балона 55mm; спољни пречник балона 8mm; радна дужина 1800mm; минимани ради канал 2,8mm?

Питање бр. 7 Партија бр. 81

У техничкој документацији у партији 81 наручилац наводи спецификацију са описом:

„Balon za dilataciju jednjaka sa rendgenskim markerom; kompatibilan sa žčanim vodičem 0,035 inch; dužina balona 40 mm; spoljni prečnik balona 10 mm; radna dužina 1800 mm; minimani radi kanal 2,8 mm.”

Да ли је за наручиоца прихватљиво да понуђач понуди: Балон за дилатацију једњака са рендгенским маркером; компатибилан са жичаним водичем 0,035inch; дужина балона 55mm; спољни пречник балона 10mm; радна дужина 1800mm; минимани ради канал 2,8mm?”

НАРУЧИЛАЦ Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **ОДГОВАРА заинтересованом лицу:**

1. Партија бр. 12 – Мења се назив и опис средства на партији бр. 12, која сада гласи: „Košuljica za uvođenje ureterorenoskopa u ureter, unutrašnji dijametar radnog kanala širine 10-11 Fr, spoljašnji dijametar 12-13 Fr, dužine 45-46 cm”.

2. Партија бр. 23 – Допуњава се назив и опис средства на партији бр. 23, која сада гласи: „TOT sling za žensku urinarnu inkontinenciju - Set za SUI kod žena, ispletена polipropilenska monofilamentna sling mrežica-traka/gustina tkanja veća od 1000 mikrona/veličine 50cmx1.1cm, neabsorbabilna za transoburatorno uvođenje-spolja put unutra/out-in/, resorbujući tenzioni konac

4.0 PGA koji se proteže kroz mrežicu, dijametra tkanja 6mm, plastični zaštitni omotač, 2 lučno-helikoidne zakrivljene igle od hirurškog čelika orijentisane levo i desno, sterilno, za jednokratnu upotrebu / **TOT (out-in) ispletena monofilamentna traka polipropilena tip 1, plave boje, sa detangiranom ivicom centralnog segmenta na srednjoj uretri, sa centralnim jezičkom za pozicioniranje, veličine pore 1182 mikrona, dijametra vlakna 0,15mm, specifične težine 100g/m², debljine mrežice 0,66mm i dve helikoidne igle za uvođenje od nerđajućeg čelika za jednokratnu upotrebu.**"

3. Партија бр. 24 – Допуњава се назив и опис средства на партији бр. 24, која сада гласи: „Jednoincizioni mini sling za žensku urinarnu inkontinenciju - Set za SUI kod žena, ispletena polipropilenska monofilamentna mini mrežica-traka/gustina tkanja veća od 1000mikrona/, jednoincizona samofiksirajući sistem sa obturatornim fiksiranjem koji se sastoji od jedne zakrivljene igle od hirurškog čelika za jednokratnu upotrebu, dimenzija trake 8.5cmx1.1cm i 2 polipropilenska integrisana samofiksirajuća vrha / **Jednoincizioni sling od polipropilena dužine 9cm, sa detangiranom ivicom centralnog segmenta na srednjoj uretri dužine 4cm i iglom za uvođenje od hirurškog čelika za jednokratnu upotrebu sa središnjim markerom i guračem za otpuštanje**".

4. Партија бр. 25 – Допуњава се назив и опис средства на партији бр. 25, која сада гласи: „Sistem reparacije apikalnog anteriornog prolapsa /Elevate anterior/Set za reparaciju apikalnog i anteriornog prolapsa, koji se sastoji od jedne apikalne i jedne anteriorne igle od hirurškog čelika/za jednokratnu upotrebu/ i neresorptivne monofilamentne polipropilenske mrežice /gustina tkanja veća od 1000 mikrona/ dimenzija: dužina 10cm, apikalna širina 8cm, širina od jednog do drugog fiksacionog kraja 9cm, dužina 6,5cm od kopče za otpuštanje do vrata mrežice / **Mrežica za anteriorni i apikalni vaginalni prolaps od polipropilena, plave boje, makroporozna sa centralnim markerom, kracima prevučenim dilatatorima za fiksiranje kroz sakrospinalni ligament sa burgijastim iglama za instrument za vođenjem suture, površine 62cm², specifične težine 25g/m², površinskog odnosa prema tkivu 1,11**".

5. Партија бр. 68 - Мења се назив и опис средства на партији бр. 68, која сада гласи: „Set za ligature varikoziteta jednjaka, set sadrži: aplikator, ligatura sa pripadajućih **6-7 gumica**".

6. Партија бр. 80 - Мења се назив и опис средства на партији бр. 80, која сада гласи: „Balon za dilataciju jednjaka sa rendgenskim markerom; kompatibilan sa žičanim vodičem 0,035 inch; **dužina balona 40-55mm**; spoljni prečnik balona 8 mm; radna dužina 1800mm; minimalni radni kanal 2,8mm".

7. Партија бр. 81 – Мења се назив и опис средства на партији бр. 81, која сада гласи: „Balon za dilataciju jednjaka sa rendgenskim markerom; kompatibilan sa žičanim vodičem 0,035 inch; **dužina balona 40-55mm**; spoljni prečnik balona 10mm; radna dužina 1800mm; minimalni radni kanal 2,8mm".

Измена конкурсне документације у складу са датим одговорима ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

м/м ВН 

Достављено:
-на Портал ЈН
-на Портал МО
-у омот предмета

