



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ ФИНАНСИЈЕ  
Фонд за социјално осигурање војних осигураника  
Бр. 148 - 19  
20-10-2020. године  
БЕОГРАД

## ОДГОВОР ЗАИНТЕРЕСОВАНОМ ЛИЦУ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, доставило захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за **ЈН бр. 54/20** - Кесе за прикупљање и дренажу, Кесе за сакупљање, коло-, уро- и илео- стоме и Медицински и дијагностички комплети:

„Поштовани,

Да ли ће наручиоцу, тј.крајњем кориснику, одговарати ако за партије 39.40 и 41 потенцијални понуђач понуди дужину уретералног стента 28 см.

Партија 39: „Set stent ureteralni , F4,8/30cm ,DOUBLE J, otvorenog vrha, od poliuretana sa dodatkom kopolimera polidimetilsilosana, sa teflonskim uvodjacem sa fiksirajucim navojem,duzine 150, duzina guraca70cm, graduisan celom duzinom, radiopaktan, ostaje u organizmu do 12 meseci“

Партија 40: „Set stent ureteralni , F6/30cm ,DOUBLE J, otvorenog vrha, od poliuretana sa dodatkom kopolimera polidimetilsilosana, sa teflonskim uvodjacem sa fiksirajucim navojem, duzine 100, duzina guraca 45 cm, graduisan celom duzinom, radiopaktan, ostaje u organizmu do 12 meseci“

Партија 41: „Set stent ureteralni, F7/30cm ,DOUBLE J, otvorenog vrha, od poliuretana sa dodatkom kopolimera polidimetilsilosana, sa teflonskim uvodjacem sa fiksirajucim navojem, duzine 100, duzina guraca 45 cm, graduisan celom duzinom, radiopaktan, ostaje u организму до 12 месеци“

## ОДГОВОР

Наручилац ће изменити конкурсну документацију, у колони „Назив и опис средства“, за партије 39, 40 и 41, тако да гласе:

Партија 39: „Set stent ureteralni , F4.8/26 do 30cm ,DOUBLE J, otvorenog vrha, od poliuretana sa dodatkom kopolimera polidimetilsilosana, sa teflonskim uvodjacem sa fiksirajucim navojem, duzine 100, duzina guraca 45 cm, graduisan celom duzinom, radiopaktan, ostaje u организму до 12 месеци“

Партија 40: „Set stent ureteralni , F6/26 do 30cm ,DOUBLE J, otvorenog vrha, od poliuretana sa dodatkom kopolimera polidimetilsilosana, sa teflonskim uvodjacem sa fiksirajucim navojem, duzine 100, duzina guraca 45 cm, graduisan celom duzinom, radiopaktan, ostaje u организму до 12 месеци“

Партија 41: „Set stent ureteralni , F7/26 do 30cm ,DOUBLE J, otvorenog vrha, od poliuretana sa dodatkom kopolimera polidimetilsilosana, sa teflonskim uvodjacem sa fiksirajucim

navojem, duzine 100, duzina guraca 45 cm, graduisan celom duzinom, radiopaktan, ostaje u organizmu do 12 meseci“

У складу са овим одговором биће извршена и објављена и Измена конкурсне документације.

**Комисија за јавну набавку**

Достављено:

- на Портал ЈН
- на Портал МО
- у омот предмета