



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних осигураника
Бр. 148 - 12
21-10-2020. године
БЕОГРАД

ОДГОВОР ЗАИНТЕРЕСОВАНОМ ЛИЦУ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, доставило захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за ЈН бр. 54/20 - Кесе за прикупљање и дренажу, Кесе за сакупљање, коло-, уро- и илео- стоме и Медицински и дијагностички комплети:

1. Партија 15- Конкурсном документацијом су тражени транспарентни једнокомпонентни системи. Да ли би наручилац прихватио понуду у којој се нуде нетранспарентни једнокомпонентни системи?
2. Партија 20- Молим да се прошири спецификација за партију 20, тако да гласи:
„Intraureteralni stent set, Single J sonda,"pigtail" O/C,promera Ch6, dužine 90 cm, grad: i: ana. Komponente seta: 1.Single J Vortek sonda 2.žica vodilja sa fleksibilnim krajem 3.štipaljka(clamp) 4.slavina sa zalkjučavanjem i konektor za urin kesu“.
3. Партија 23: Молим да се прошири спецификација за партију 23, тако да гласи:
„Set za perkutanu nefrostomu Ch8 i Ch10:
- Jedan "J" drenažni kateter sa 6 okaca (по 3 sa svake strane), materijal Vortek, (graduisan) sa bodežom, sa omotačem za zaključavanje (Luer- lock tap), spojnicom i PVC konektorom za kesu za urin.
- 2 Chiba igle od 18G i 22G duzine 20 cm - specijalno formiranog vrha sa duplim refleksom, izuzetno vidljiva pod UZ.
- 1 set dilatatora sa razdvojivim omotačem
- 1 Seldinger zica vodic, "J" zakriviljen vrh, PTFE presvucen stainless stell,80 cm dužine. ("J" sonda može se ostaviti u organizmu do 12 meseci)“.
4. Партија 28: Молим да се прошири спецификација за партију 28, тако да гласи:
„Vortek sonda double J 0/C CH4.8, dužine 24cm-30cm karakteristike: pusher 75cm za ch 4.8- preporučeno vreme ostajanja nakon plasiranja-do 12 meseci“.
5. Партија 29: Молим да се прошири спецификација за партију 29, тако да гласи:
„Vortek sonda double J 0/C CH6, dužine 24cm-30cm karakteristike: pusher 40cm -preporučeno vreme ostajanja nakon plasiranja-do 12 meseci“.
6. Партија 30: Молим да се прошири спецификација за партију 30, тако да гласи:
„Vortek sonda double J 0/C CH8 dužine 26cm-28cm karakteristike: pusher 40cm -preporučeno vreme ostajanja nakon plasiranja-do 12 meseci“.
7. Партија 36: Молим да се прошири спецификација за партију 36, тако да гласи:

„Biosoft sonda double J - CH 6, godišnja JJ sonda, karakteristike: ekstremno fleksibilan ureteralni stent sa hidrofilnim slojem koji pravi zaštitni sloj između stenta i ureteralnog tkiva. Napravljen je od biokompatibilnog polimera koji na telesnoj temperaturi postaje 50 % mekši-preporučeno vreme ostajanja nakon plasiranja-do jedne godine. U uputstvu za upotrebu potvrđeno da se ova double J sonda može ostaviti u organizmu do 12 meseci“.

8. Партија 37: Молим да се прошири спецификација за партију 37, тако да гласи:

„Biosoft sonda double J - CH 7, godišnja JJ sonda, karakteristike: ekstremno fleksibilan ureteralni stent sa hidrofilnim slojem koji pravi zaštitni sloj između stenta i ureteralnog tkiva. Napravljen je od biokompatibilnog polimera koji na telesnoj temperaturi postaje 50 % mekši-preporučeno vreme ostajanja nakon plasiranja-do jedne godine. U uputstvu za upotrebu potvrđено da se ova double J sonda može ostaviti u organizmu do 12 meseci“.

9. Партија 39: Молим да се прошири спецификација за партију 39, тако да гласи:

„Ureteralni stent, promera CH 4.8, O/O, dužine 30cm-komponente seta: 1)JJ sonda, u organizmu od 3-6 nedelja, graduisana, od radiopaknog poliuretana -PUR: 2)Pušer 40cm 3)Žica vodilja sa fleksibilnjim krajem u dužini od 150cm 4)Štipaljka“.

10. Партија 40: Молим да се прошири спецификација за партију 40, тако да гласи:

„Ureteralni stent, promera CH 6, O/O, dužine 30cm-komponente seta: 1)JJ sonda, u organizmu od 3-6 nedelja, graduisana, od radiopaknog poliuretana -PUR: 2)Pušer 40cm 3)Žica vodilja sa fleksibilnjim krajem u dužini od 150cm 4)Štipaljka“.

11. Партија 41: Молим да се прошири спецификација за партију 41, тако да гласи:

„Ureteralni stent, promera CH 7, O/O, dužine 30cm-komponente seta: 1)JJ sonda, u organizmu od 3-6 nedelja, graduisana, od radiopaknog poliuretana -PUR: 2)Pušer 40cm 3)Žica vodilja sa fleksibilnjim krajem u dužini od 150cm 4)Štipaljka“.

12. Партија 48: Молим да се прошири спецификација за партију 48, тако да гласи:

„Set za suprapubičnu punkciju mokraće bešike sa iglom za punkciju bešike, silikonskim kateterom dužine 40cm i balonom 10-15 ml, skalpelom Ch12 i CH16“.

ОДГОВОР

1. Средства наведена у партији 15 су предвиђена за прикупљање садржаја из дренова због чега морају бити транспарентна како би се имао увид у дренирани садржај без одлепљивања и скидања дренажног система, нарочито у случају крварење на дрен. Нетранспарентни једнокомпонентни дренажни системи нису прихватљиви јер не омогућавајући адекватан , директан, увид у садржај, а одлепљивање и пражњење система ради увида у садржај отежавају правовремену одлуку хирурга и значајно повећава потрошњу истих.

2. За партију 20 нема измене спецификације, неопходно је да у сету постоје 2 фиксирајуће клеме, а дужина mono J или single J стента мора бити 70 см.

3. За партију 23 нема измене спецификације, неопходно је да у сету постоје 2 фиксирајуће клеме, а дужина mono J или single J стента мора бити 70 см.

4. За партију 28, наручилац не приhvата предлог да се измени спецификација.

5. За партију 29 наручилац не приhvата предлог да се измени спецификација.

6. За партију 30, наручилац не приhvата предлог да се измени спецификација.

7. За партију 36 наручилац не прихвата предлог да се измени спецификација, потребно је да тражени стент буде са нитинолским увођачем.

8. За партију 37 наручилац не прихвата предлог да се измени спецификација, потребно је да тражени стент буде са нитинолским увођачем.

9. За партију 39, наручилац не прихвата предлог да се измени спецификација, јер је потребно да стент буде од полиуретана са додатком кополимера полидиметилсилоксана.

10. За партију 40 наручилац не прихвата предлог да се измени спецификација, јер је потребно да стент буде од полиуретана са додатком кополимера полидиметилсилоксана.

11. За партију 41 наручилац не прихвата предлог да се измени спецификација, јер је потребно да стент буде од полиуретана са додатком кополимера полидиметилсилоксана.

12. Наручилац ће изменити конкурсну документацију, у колони „Назив и опис средства“, за партију 48, тако да гласи: "Set za suprapubičnu drenažu mokraće bešike sa iglom za punciju, silikonskim, balon kateterom Fr12, dužine 40-41cm, zapremina balona do 15 ml, sa split kanilom, CH 15/5.0mm i čepom za kateter"

У складу са свим одговором биће извршена и објављена и Измена конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку

Достављено:

- на Портал ЈН
- на Портал МО
- у омот предмета