



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних осигураника
Бр. 149 - 22
05-11-2020 године

Додатно појашњење конкурсне документације
за ЈН бр. 51/20 – Медицински потрошни материјал за ЕКГ и ЕЕГ апарате

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту Закон, дана 03.11.2020. године доставило захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за ЈН бр. 51/20 – Медицински потрошни материјал за ЕКГ и ЕЕГ апарате:

„На основу Члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), молимо вас да нам доставите додатне информације или појашњења конкурсне документације везане за припремање понуде за ЈН бр. 51/20 - Медицински потрошни материјал за ЕКГ и ЕЕГ апарате, и то:

- Партија 1 / Назив и опис добра: Elektroda EKG za jednokratnu upotrebu samolepljiva vodootporna sa gelom, oblika kruga, minimalnog prečnika 55 mm, za EKG monitoring.
Да ли је за Наручиоца прихватљиво да се понуди - Elektroda EKG za jednokratnu upotrebu samolepljiva, vodootporna sa tečnim gelom, pravougaonog oblika, dimenzija 55x40 mm, za EKG monitoring.

- Партија 2 / Назив и опис добра: Elektroda sa gelom za 24-časovni holter EKG monitoring i za test opterećenja-ergometriju, vodootporna sa poroznim obodom, sa tečnim gelom i pojačanim lepljenjem, oblika kruga, minimalnog prečnika 55 mm.
Да ли је за Наручиоца прихватљиво да се понуди - Elektroda sa gelom za 24-časovni holter EKG monitoring i za test opterećenja-ergometriju, vodootporna sa penastim obodom, sa tečnim gelom i pojačanim lepljenjem, pravougaonog oblika, dimenzija 55x53 mm.“

Одговор заинтересованом лицу, на основу члана 63. став 3. Закона:

Не прихвата се предлог заинтересованог лица у вези измене назива партије бр. 1, с обзиром на то да је захтеван минимални пречник електроде кружног облика 55mm из чега произилази минимална површина електроде од 2374mm^2 , док наведена електрода димензија 55x40 mm има површину 2200mm^2 .

Прихвата се предлог заинтересованог лица у вези измене назива партије бр. 2 у делу који се односи на облик и димензије добра, с обзиром на то да је захтеван минимални пречник електроде кружног облика 55mm из чега произилази минимална површина

електроде од 2374mm^2 , док наведена електрода димензија $55 \times 53\text{ mm}$ има површину 2915 mm^2 .

Већа површина електрода гарантује бољи контакт са кожом пацијента и бољи квалитет ЕКГ записа.

Извршиће се измена назива партије бр. 2, тако да гласи: „Elektroda sa gelom za 24-časovni holter EKG monitoring i za test opterećenja-ergometriju, vodootporna sa poroznim obodom, sa tečnim gelom i pojačanim lepljenjem, oblika kruga ili pravougaonika, minimalnog prečnika 55mm (ukoliko je oblika kruga) ili odgovarajuće minimalne površine elektrode od 2374 mm^2 (ukoliko je oblika pravougaonika)“.

Измене конкурсне документације у складу са датим одговором ће бити објављене на Порталу јавних набавки и на Порталу МО.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Достављено:

- на Портал ЈН,
- на Портал МО,
- у омот предмета.