



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних осигураника

Бр. 149 - 23
05-11-2020 године
БЕОГРАД

Измене конкурсне документације,
доставља.

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. Закона о јавним набавкама врши измене конкурсне документације за јавну набавку добара број 51/20 – Медицински потрошни материјал за ЕКГ и ЕЕГ апарате:

- У тачки 1.2. Партије, у тачки 2.1. Техничка спецификација и у Обрасцу бр. 1- Образац понуде са структуром цене, за партију бр. 2 мења се назив и опис добра, тако да сада гласи: „Elektroda sa gelom za 24-časovni holter EKG monitoring i za test opterećenja-ergometriju, vodootporna sa poroznim obodom, sa tečnim gelom i pojačanim lepljenjem, oblika kruga ili pravougaonika, minimalnog prečnika 55mm (ukoliko je oblika kruga) ili odgovarajuće minimalne površine elektrode od 2374 mm² (ukoliko je oblika pravougaonika)“.

Прилог:

- Измењене стране конкурсне документације (стр. бр. 3, 4 и 24).

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Достављено:

- на Портал ЈН,
- интернет страницу наручиоца,
- у омот предмета.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке бр. 51/20 су добра – Медицински потрошни материјал за ЕКГ и ЕЕГ апарате. Назив и ознака из Општег речника набавке: Радиодијагностички материјал за кардиологију 33124210LA50.

1.2. ПАРТИЈЕ:

Предмет набавке је обликован у 6 (шест) партија:

Редни број партије	Назив и опис добра	Процењена вредност партије без ПДВ-а
1	Elektroda EKG za jednokratnu upotrebu samolepljiva vodootporna sa gelom, oblika kruga, minimalnog prečnika 55 mm, za EKG monitoring	650.062,50
2	Elektroda sa gelom za 24-časovni holter EKG monitoring i za test opterećenja-ergometriju, vodootporna sa poroznim obodom, sa tečnim gelom i pojačanim lepljenjem, oblika kruga ili pravougaonika, minimalnog prečnika 55mm (ukoliko je oblika kruga) ili odgovarajuće minimalne površine elektrode od 2374 mm ² (ukoliko je oblika pravougaonika)	703.000,00
3	Elektroda neutralna samolepljiva sa kablom za jednokratnu upotrebu, dužina kabla najmanje 4,5 m, kompatibilna sa tipom aparata Elektroauter FORCE FX - 8CS	412.800,00
4	Štipaljke elektrode za EKG HEWLIT-PACKARD 300, plastične, HP, komplet 4 štipaljke	22.080,00
5	Elektrode pumpice za EKG HEWLIT-PACKARD 300, vakuum, prekordijalne, komplet 6 pumpica	77.400,00
6	Pacijent kabl za EKG HEWLIT-PACKARD 300	45.113,75

1.3. ЦИЉ ПОСТУПКА:

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци, за потребе крајњег корисника Војномедицинске академије (у даљем тексту: ВМА), Војне болнице Ниш (у даљем тексту: ВБ Ниш) и Војне болнице Нови Сад (у даљем тексту: ВБ Нови Сад).

2. УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И КВАЛИТЕТА- КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ, РЕКЛАМАЦИЈА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

2.1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Врста, техничке карактеристике, опис предмета набавке, количине за крајње кориснике и укупна количина, квалитет, да ли се добро смагра медицинским средством и рок трајања/стерилности на дан испоруке дати су у следећој спецификацији:

Редн и број парти је	Назив и опис добра	Јединица мере	Количина ВМА	Количина РБ Ниш	Количина ВБ Нови Сад	Укупна количина	Медицинск о средство (ДА/НЕ)	Решењ е АЛИМС- а	Рок трајања/стерилност и на дан испоруке
1	Elektroda EKG za jednokratnu upotrebu samolepljiva vodootporna sa gelom, oblika kruga, minimalnog prečnika 55 mm, za EKG monitoring	kom	71.575	5.100	10.000	86.675	da	da	najmanje 6 meseci u momentu isporuke
2	Elektroda sa gelom za 24-časovni holter EKG monitoring i za test opterećenja-ergometriju, vodootporna sa poroznim obodom, sa tečnim gelom i pojačanim lepljenjem, oblika kruga ili pravougaonika, minimalnog prečnika 55mm (ukoliko je oblika kruga) ili odgovarajuće minimalne površine elektrode od 2374 mm ² (ukoliko je oblika pravougaonika)	kom	70.000	3.000	1.000	74.000	da	da	najmanje 6 meseci u momentu isporuke
3	Elektroda neutralna samolepljiva sa kablom za jednokratnu upotrebu, dužina kabla najmanje 4,5 m, kompatibilna sa tipom aparata Elektrokauter FORCE FX - 8CS	kom		860		860	da	da	najmanje 50% od proizvodackog roka u momentu isporuke
4	Štipaljke elektrode za EKG HEWLIT-PACKARD 300, plastične, HP, komplet 4 štipaljke	kom			12	12	da	da	najmanje 50% od proizvodackog roka u momentu isporuke
5	Elektrode pumpe za EKG HEWLIT-PACKARD 300, vakuum, prekordijalne, komplet 6 pumpica	kom			30	30	da	da	najmanje 50% od proizvodackog roka u momentu isporuke
6	Pacijent kabl za EKG HEWLIT-PACKARD 300	kom			5	5	da	da	najmanje 50% od proizvodackog roka u momentu isporuke

Спецификација коју понуђена добра морају да испуњавају са структуром цене и условима понуде:

Редни број партије	Назив и опис добра	Јединица мере	Укупна количина	Назив понуђеног добра, произвођач, каталошки број или одговарајућа ознака	Јединична цена без ПДВ-а	ПДВ (у %)	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна вредност без ПДВ-а	Укупна вредност са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Електрода ЕКГ за једнократну употребу самолепљива водootпорна са гелом, облика круга, минималног пречника 55 mm, за ЕКГ monitoring	kom	86.675						
2	Електрода са гелом за 24-časовни holter ЕКГ monitoring i за test opterećenja-ergometriju, водootпорна са порозним ободом, са течним гелом i појачаним лепљењем, облика круга iii pravougaonika, минималног пречника 55mm (ukoliko је облика круга) ili одговарајуће минималне површине електроде од 2374 mm ² (ukoliko је облика pravougaonika)	kom	74.000						
3	Електрода neutralna самолепљива са каблом за једнократну употребу, dužina kabla најмање 4,5 m, kompatibilna са типом aparata Elektroauter FORCE FX - 8CS	kom	860						
4	Štipaljke електроде за ЕКГ HEWLIT-PACKARD 300, plastične, HP, komplet 4 štipaljke	kom	12						
5	Електроде pumpice за ЕКГ HEWLIT-PACKARD 300, vakuum, prekordijalne, komplet 6 pumpica	kom	30						
6	Pacijent kabl за ЕКГ HEWLIT-PACKARD 300	kom	5						

Место и датум:

Понуђач: _____

_____ (штампано име и презиме овлашћеног лица)

_____ (потпис)