



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних
осигураника

Бр. 1571 - 31

М 4 APR 2014 . године

Одговор заинтересованом лицу,
д о с т а в љ а .-

Заинтересовано лице (потенцијални понуђач) је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12), у даљем тексту Закон, доставио Захтев за појашњење конкурсне документације, за ЈН бр. 5/14 Дијагностички материјал, за апарате: CELL-DYN 3700, SAPPHIRE; ARCHITECT i 2000 sr; ARCHITECT i 1000; NEPHELOMETAR BN II; DIMENSION RXL MAX ; DIMENSION X PAND; BCS-XP, BCT, BFT II; IMMULITE 2000; ADVIA 1200/1800; ADVIA 120/2120; ADVIA CENTAUR XP i CENTAUR CP; BEP 2000; ELISA PROCESOR II; COBAS 6000cor unit+e 601, ELECSYS 2010, COBAS E 411; ROCHE Light Cycler 2.0.; INTEGRA 400+; HITACHI 902; REFLOTRON; COBAS AMPLIPREP I COBAS TAQMAN; Ca ++ ROCHE 9180; COBAS h 232 и тест траке за потребе Војномедицинске академије, Војне болнице Ниш, Војномедицинског центра Нови Сад, Централне апотеке складишта, по следећем:

" Поштовани,

Везано за ЈН 5/14 обликовану у 21 партију, молимо вас за појашњења за поједине партије:

Партија 4:

- Ставка 28: као јединица мере је наведено ком док је за све остале реагенсе јединица мере мл. Да ли је наручилац мисли да се понуди 12 комада паковања од 2 мл или 12мл реагенса?

Партија 11:

- Ставка бр 7 и 8: као доказ квалитета је предвиђен Сертификат произвођача о квалитету. Да ли је сертификат произвођача опреме ISO 13485:2003 + AC: 2009, прихватљив за наручиоца као доказ квалитета ових ставки?

Партија 12:

- Молимо да прецизније дефинишете јединицу мере ком. Да ли је комад 1 плоча са 96 места , број анализа или је комад оригинално паковање?
- Ставка 1 – тражена су 96 ком – теста или паковања?
- Ставка 2 – тражена су 3 ком – теста или паковања?
- Ставка 13 – тражена су 2 ком – теста или паковања?
- Ставка 6 – јединица мере је тражена ком и то у количини од 9600, а у ствари се ради о сету који се састоји од концентрата за прање, обојеног раствора за

обележаване супстрата, раствора за заустављање реакције и тд. Молимо да се изјасните о јединици мере која се захтева и у којој количини се тражи.

- Тендерском документацијом се траже тестови компатибилни са апаратом Behring Elisa Procesor II. Да ли ће наручилац да захтева Изјаву произвођача опреме да су тестови компатибилни за рад са апаратом Behring Elisa processor II, од понуђача који ће да понуде тестове који нису оригинални као једину меродавну потврду компатибилности? Наиме, на квалитет рада и издатих резултата утиче апарат на коме се ради заједно са тестовима који се раде, због чега већина произвођача посматра апарат и реагенсе као целину па би изјава произвођача опреме била неопходан доказ о компатибилности.

Општи услови:

Тендерском документацијом је захтевано:


„Продавац се обавезује да ће заменити добро за исто добро са бољим роком трајања, ако о томе буде званично обавештен од старне крајњег корисника најкасније 30 дана пре истека рока трајања добра и то у року од 15 дана од дана пријема писаног захтева од стране крајњег корисника (односи се на сваку партију тј. свако добро у оквиру партије).“ Молимо да се прецизније изјасните у ком временском периоду је добављач дужан да мења добра којима истиче рок употребе:

- У временском периоду за који је потписан уговор,
- У временском периоду до реализације наредне набавке истих добара”

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона одговара на питање:

1. Наручилац остаје при конкурсној документацији за ЈН бр. 5/14 Дијагностички материјал, за апарате: CELL-DYN 3700, SAPPHIRE; ARCHITECT i 2000 sr; ARCHITECT i 1000; NEPHELOMETAR BN II; DIMENSION RXL MAX; DIMENSION X PAND; BCS-XP, BCT, BFT II; IMMULITE 2000; ADVIA 1200/1800; ADVIA 120/2120; ADVIA CENTAUR XP i CENTAUR CP; BEP 2000; ELISA PROCESOR II; COBAS 6000cor unit+e 601, ELECSYS 2010, COBAS E 411; ROCHE Light Cycler 2.0.; INTEGRA 400+; HITACHI 902; REFLOTRON; COBAS AMPLIPREP I COBAS TAQMAN; Ca ++ ROCHE 9180; COBAS h 232 и тест траке за потребе Војномедицинске академије, Војне болнице Ниш, Војномедицинског центра Нови Сад, Централне апотеке складишта бр.1571-9 од 14.03.2014. године.

НП (32-532)



ДИРЕКТОР

Влада Антонијевић дипл економиста

Дијагностички материјал,
ARCHITECT i 1000;
ARCHITECT i 2000 sr;
BCT, BFT II;
ELECSYS 2010;
HITACHI 902;
IMMULITE 2000;
INTEGRA 400+;
REFLOTRON;
ROCHE 9180;
ROCHE Light Cycler 2.0.;
TAQMAN;
TaqMan