



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних
осигураника

Бр. 1571 - 49

_____. године

16 APR 2014

Одговор заинтересованом лицу,
д о с т а в љ а .-

Заинтересовано лице (потенцијални понуђач) је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12), у даљем тексту Закон, доставио Захтев за појашњење конкурсне документације, за ЈН бр. 5/14 Дијагностички материјал, за апарате: CELL-DYN 3700, SAPPHIRE; ARCHITECT i 2000 sr; ARCHITECT i 1000; NEPHELOMETAR BN II; DIMENSION RXL MAX; DIMENSION X PAND; BCS-XP, BCT, BFT II; IMMULITE 2000; ADVIA 1200/1800; ADVIA 120/2120; ADVIA CENTAUR XP i CENTAUR CP; BEP 2000; ELISA PROCESOR II; COBAS 6000cor unit+e 601, ELECSYS 2010, COBAS E 411; ROCHE Light Cycler 2.0.; INTEGRA 400+; HITACHI 902; REFLOTTRON; COBAS AMPLIPREP I COBAS TAQMAN; Ca ++ ROCHE 9180; COBAS h 232 и тест траке за потребе Војномедицинске академије, Војне болнице Ниш, Војномедицинског центра Нови Сад, Централне апотеке складишта, по следећем:

" Поштовани,

Молимо вас за додатна појашњења по следећим питањима:

Питање број 1: На страни 128 у Конкурсној документацији под редним бројем 8 (Klinička hemija, supstrati, reagens za Holesterol set 2 reagensa, R1-hol.esteraza, hol. Oksidaza, R2-peroksidaza) наводите као јединицу мере сет; обзиром да се ради о једнокомпонентном реагенсу, да ли јединица мере треба да буде изражена као мл, као код осталих једнокомпонентних реагенаса.

Питање број 2: На страни 132 (Партија 8) у Конкурсној документацији под редним бројем 36 (Klinička hemija, enzimi, reagens za LDH – laktat u piruvat set od 2 reagensa, R1 – L – mlečna kiselina, R2 - NAD) као Укупну количину наводите 125 сетова; обзиром да за наведене апарате ADVIA 1200/1800 по спецификацији произвођача оригинално паковање садржи 6 сетова наведених reagenasa R1 и R2 и обзиром да тражена количина од 125 сетова није дељива са бројем сетова у паковању (шест) молимо Вас за додатно појашњење.

Питање број 3: На страни 133 (Партија 8) у Конкурсној документацији под редним бројем 41 (Hematologija, ostali reagensi, tečnosti za hlađenje lampe 500 ml) за наведене апарате ADVIA 1200/1800 по спецификацији произвођача оригинално паковање поменутог дијагностичког средства је **1x50 мл**, што није у складу величином паковања коју сте навели.

Питање број 4: На страни 133 (Партија 8) у Конкурсној документацији под редним бројем 47 (Klinička hemija, supstrati, reagens za Glukozu (GODPAP)) као укупну количину наводите 680 мл. Обзиром да за наведене апарате ADVIA 1200/1800 по спецификацији произвођача оригинално паковање садржи **4x68 мл**, није могуће испоручити тражену количину у оригиналном паковању.

Питање бр 5: : На страни 141 (Партија 10) у Конкурсној документацији под редним бројем 32 је наведен Kalibrator za Vitamin D за апарате ADVIA CENTAUR XP/CP (Imunohemiја, hormoni funkcionalnog steriliteta, kalibrator za Vitamin D (set 2 nivoa kalibratora, nizak и visok)). Због чињенице да је произвођач тестова за поменуте апарате наведени калибратор укључио у паковање reagensa Vitamin D, те да се тражени калибратор не налази у појединачном паковању, молимо Вас за додатно појашњење.

Питање бр 6: : На страни 145 (Партија 10) у Конкурсној документацији под редним бројем 60 је наведен Rastvor za razblaživanje за estradiol за апарате ADVIA CENTAUR XP/CP (Imunohemiја, ostali imunohemiјски reagensi, Rastvor za razblaživanje за estradiol (2x5ml)). по спецификацији произвођача оригинално паковање поменутог дијагностичког средства је **1x25 мл**, што није у складу са величином паковања коју сте навели, тзе стога није могуће испоручити тражену количину у оригиналном паковању. Молимо Вас за додатно појашњење

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона одговара на питање:

1. За ставку број 8 партије број 8 с обзиром да се ради о једнокомпонентном реагенсу, потребно је променити јединицу мере из сет у милилитар (мл), потребна количина за ВМА је 4.788 мл, а за потребе ЦАпСк-а је 5.320 мл.
2. За ставку број 36 партије 8 тражени реагенс у оквиру паковања садржи шест сетова реагенса R1 и R2 и пошто тражене количине нису дељиве са бројем шест, коригује се количина за ВМА на 126, а потребе ЦАпСк-а на 12 сетова.
3. За ставку број 41 партије 8 у колони "Назив и опис средства" уместо 500мл треба да стоји 50 мл, за потребе ВМА количина мења се на 50 мл и за потребе ЦАпСк-а количина се мења на 50 мл.
4. За ставку 47 партије број 8 потребе ЦАпСк-а су 2720 мл.
5. Ставка број 32 партије број 10 се брише из техничке спецификације због чињенице да је произвођач тестова за дате апарате тражено средство (калибратор) укључио у паковање реагенса Витамин Д (ставка број 31).
6. За ставку број 60 партије број 10 у колони "Назив и опис средства" уместо 2x5 мл треба да стоји 1x25мл, за потребе ВМА количина се мења на 25 мл, а за потребе ЦАпСк-а на 25 мл.

НП (32-532)



ДИРЕКТОР

Влада Антонијевић дипл економиста