



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање
војних осигураника

Бр. 1571 - 72

06 JUN 2014. године

Одговор заинтересованом лицу

Заинтересовано лице - потенцијални понуђач је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12), у даљем тексту Закон, доставио Захтев за појашњење конкурсне документације, за ЈН бр. 5/14 Дијагностички материјал, за апарате: CELL-DYN 3700, SAPPHIRE; ARCHITECT i2000 sr; ARCHITECT i1000; NEPHELOMETAR BN II; DIMENSION RXL MAX; DIMENSION X PAND; BCS-XP, BCT, BFT II; IMMULITE 2000; ADVIA 1200/1800; ADVIA 120/2120; ADVIA CENTAUR XP i CENTAUR CP; BEP 2000; ELISA PROCESOR II; COBAS 6000cor unit+e 601, ELECSYS 2010, COBAS E 411; ROCHE Light Cycler 2.0.; INTEGRA 400+; HITACHI 902; REFLOTTRON; COBAS AMPLIPREP I COBAS TAQMAN; Ca ++ ROCHE 9180; COBAS h 232 и тест траке за потребе Војномедицинске академије, Војне болнице Ниш, Војномедицинског центра Нови Сад и Централне апотеке складишта, по следећем:

"Код техничких карактеристика и квалитета стоји да поред Решења АЛИМС-а треба да се доставе и сертификати да би понуда била комплетна и прихватљива.

Молимо Вас да нам појасните који се конкретно сертификати траже:

-Да ли је то сертификат ISO стандарда за произвођача и понуђача?

или

-Да ли се односи на декларације о конформитету, CE знак или неки други сертификат?"

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона одговара на питање:

"У свим партијама где су тражена средства која нису регистрована код АЛИМС-а потребно је доставити сертификате ISO 13485".

ВН (32-532)

ДИРЕКТОР
Драгица Дабетић

Достављено:

-заинтересованом лицу

-на Портал ЈН

-на Портал МО

-а/а