



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање
војних осигураника

Бр. 1571 - 74
06 JUN 2014 . године

Одговор заинтересованом лицу

Заинтересовано лице - потенцијални понуђач је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12), у даљем тексту Закон, доставио Захтев за појашњење конкурсне документације, за ЈН бр. 5/14 Дијагностички материјал, за апарате: CELL-DYN 3700, SAPPHIRE; ARCHITECT i2000 sr; ARCHITECT i1000; NEPHELOMETAR BN II; DIMENSION RXL MAX; DIMENSION X PAND; BCS-XP, BCT, BFT II; IMMULITE 2000; ADVIA 1200/1800; ADVIA 120/2120; ADVIA CENTAUR XP i CENTAUR CP; BEP 2000; ELISA PROCESOR II; COBAS 6000cor unit+e 601, ELECSYS 2010, COBAS E 411; ROCHE Light Cycler 2.0.; INTEGRA 400+; HITACHI 902; REFLOTRON; COBAS AMPLIPREP I COBAS TAQMAN; Ca ++ ROCHE 9180; COBAS h 232 и тест траке за потребе Војномедицинске академије, Војне болнице Ниш, Војномедицинског центра Нови Сад и Централне апотеке складишта, по следећем:

"Питање бр. 1: У Партији 1 - Дијагностички материјал за апарат Cell-Dyn 3700 ставка бр. 3 "reagens za hidrodinamičku pripremu uzorka" као укупну количину наводите 1338400ml. Обзиром да за наведени апарат Cell-Dyn 3700 оригинално паковање садржи 9600ml није могуће тражену количину испоручити у оригиналном паковању, молимо Вас за додатно појашњење.

Питање бр. 2: У Партији 1 - Дијагностички материјал за апарат Cell-Dyn 3700 ставка бр. 4 "reagens za liziranje eritrocita bez cijanida" као укупну количину наводите 23200ml. Обзиром да за наведени апарат Cell-Dyn 3700 оригинално паковање садржи 3800ml наведену количину није могуће испоручити у оригиналном паковању, молимо за додатно појашњење.

Питање бр. 3: У Партији 1 - Дијагностички материјал за апарат Cell-Dyn 3700 ставка бр. 5 "enzimski reagens za čišćenje" као укупну количину наводите 450ml. Обзиром да за наведени апарат оригинално паковање садржи 2x50ml, молимо за додатно појашњење.

Питање бр. 4: У Партији 2 - Дијагностички материјал за апарат Sapphire, ставка број 4 – "reagens za pripremu i određivanje leukocita" као укупну количину наводите 26600ml. Обзиром да за наведени апарат оригинално паковање садржи 4x3,8L и да тражена количина није дељива, молимо за додатно појашњење.

Питање бр. 5: У Партији 3 - Дијагностички материјал за апарате Architect i2000sr, Architect i1000, ставка бр. 91 "Imunohemija, ostalo, pomoćni reagens Trigger" као укупну количину наводите 161900ml. Обзиром да оригинално паковање садржи 4x975ml (3900ml) наведену количину није могуће испоручити у оригиналном паковању, молимо Вас за додатно појашњење.

Питање бр. 6: У Партији 3 - Дијагностички материјал за апарате Architect i2000sr, Architect i1000, ставка бр. 55 – "Imunohemija, hormoni, kalibrator za ukupni T4 (set-2 nivoa, nivo1 i nivo 2 po 5ml)", по спецификацији произвођача сет се састоји од 2 нивоа: ниво 1 садржи 5ml, ниво 2 садржи 4ml, молимо за додатно појашњење.

Питање бр. 7: У Партији 3 - Дијагностички материјал за апарате Architect i2000sr, Architect i1000, ставка бр. 84 – "Imunohemija, individualni i specifični hormoni, dijabetes hormonske analize kalibrator za C-peptid (set-6 nivoa, nivo 1-6 po ml)", сет се састоји од 6 нивоа, сваки ниво има по 4ml, молимо за додатно појашњење.

Питање бр. 8: У Партији 3 - Дијагностички материјал за апарате Architect i2000sr, Architect i1000, ставка бр. 94 – "Imunohemija, reumatoidni autoimuni kalibrator za A-CCP (set-6 nivoa, nivo 1-6 po 4ml)", сет се састоји од 6 нивоа, сваки ниво садржи по 4,3ml, молимо за додатно појашњење".

НАРУЧИЛАЦ Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона одговара на питања:

Одговор бр. 1: У партији бр. 1 - Дијагностички материјал за апарат CellDyn 3700, ставка 3 - "reagens za hidrodinamičku pripremu uzorka" у колони "Количина ВМА" треба да стоји 1248000ml, у "Колони количина ЦАпСк" треба да стоји 38400ml и у колони "Укупна количина" треба да стоји 1286400ml.

Одговор бр. 2: У партији 1- Дијагностички материјал за апарат CellDyn 3700, ставка 4 - "reagens za liziranje eritrocita bez cijanida" у колони "Количина ВМА" треба да стоји 7600ml, у колони "Количина ЦАпСк" треба да стоји 15200ml и у колони "Укупна количина" треба да стоји 22800ml.

Одговор бр. 3: У партији 1 - Дијагностички материјал за апарат CellDyn 3700, ставка 5 - "enzimski reagens za čišćenje" у колони "Количина ЦАпСк" треба да стоји 200ml и у колони "Укупна количина" треба да стоји 400ml.

Одговор бр. 4: У партији 2- Дијагностички материјал за апарат Sapphire, ставка 4 - "reagens za pripremu i određivanje leukocita" у колони "Количина ВМА" треба да стоји 106400ml и у колони "Укупна количина" треба да стоји 106400ml.

Одговор бр. 5: У партији 3 - Дијагностички материјал за апарате Architect i2000sr, Architect i1000, ставка 91 - "imunohemija, ostalo, pomoćni reagens Trigger" у колони "Количина ВМА" и у колони "Укупна количина" треба да стоји 159900ml.


Одговор бр. 6: У партији 3 - Дијагностички материјал за апарате Architect i2000sr, Architect i1000, ставка 55 - "imunohemija, hormoni, kalibrator za ukupni T4 (set od dva nivoa, nivo 1 i nivo 2 po 5ml)" у колони "Назив и опис средства" тј. "Предмет набавке" треба да стоји "imunohemija, hormoni, kalibrator za ukupni T4 (set od dva nivoa)".

Одговор бр. 7: У партији 3 - Дијагностички материјал за апарате Architect i2000sr, Architect i1000, ставка 84 - "imunohemija, individualni i specifični hormoni, dijabetes hormonske analize kalibrator za C-peptid (set-6 nivoa, nivo 1-6 po ml)" у колони "Назив и опис средства" тј. "Предмет набавке" треба да стоји "imunohemija, individualni i specifični hormoni, dijabetes hormonske analize kalibrator za C-peptid (set-6 nivoa, nivo 1-6 po 4ml)".

Одговор бр. 8: У партији 3 - Дијагностички материјал за апарате Architect i2000sr, Architect i1000, ставка 94 - "imunohemija, reumatoidni autoimuni kalibrator za A-CCP (set- 6 nivoa, nivo 1-6 po 4ml)" у колони "Назив и опис средства" тј. "Предмет набавке" треба да стоји "imunohemija, reumatoidni autoimuni kalibrator za A-CCP (set- 6 nivoa, nivo 1-6 po 4.3ml)".

[Својеручни потпис]

ВН (32-532)



Достављено:
-заинтересованом лицу
-на Портал ЈН
-на Портал МО
-а/а