



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
Војномедицинска академија

Бр. 9797 - 12

22 NOV 2016

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Управа за војно здравство
Војномедицинска академија

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица


У отвореном поступку јавне набавке добра, медицинска опрема за потребе Војномедицинске академије, у отвореном поступку, са укупно 3 (три) партије, редни број 472/2016, заинтересована лица су поставила следећа питања:

- 1) „Да ли је неопходно да исти добављач достави инструмент, софтвер и базу података од истог произвођача?“
- 2) „Да ли "једноставан систем одржавања без допуњавања уља" подразумева и систем одржавања без замене уља?“
- 3) „Да ли тест за идентификацију узорака директно из позитивне хемокултуре мора бити CE-IVD сертифициван?“
- 4) „На страни 4. Конкурсне документације се наводи да понуђена доба морају бити нова, из текуће производње.
С обзиром да се у вашој установи већ налази апарат за идентификацију микроорганизама који је у употреби извесно време, молимо објасните ваш став у смислу испуњавања задатих услова за тај конкретан апарат, а све у циљу стварања јасне позиције која омогућава једнакост понуђача?“
- 5) „На страни 8. Конкурсне документације се као један од услова захтева „Сертификат CE-IVD за софтвер и апарат, за партију 1.“
Молимо да појасните да ли овај захтев подразумева да и сам апарат треба да буде обележен знаком „CE-IVD“, што би и било у складу са позитивним законским прописима?“

Одговори:

1. Да, као што је Конкурсном документацијом у предметној набавци и предвиђено, у делу општи услови став 1.
2. Да, као што је Конкурсном документацијом у предметној набавци и предвиђено, у делу минималне перформансе Maldi TOF спектрометра став 3.
3. Да, као што је Конкурсном документацијом у предметној набавци и предвиђено, у делу софтвери и базе података став 5.
4. Предмет јавне набавке је куповина новог апарата, добра, чији се принцип рада, идентификације микроорганизама заснива на Maldi TOF технологији, као што је Конкурсном документацијом и предвиђено. Апарат који се тренутно налази на Институту за микробиологију је на привременој употреби по другом основу и није предмет ове јавне набавке.
5. Да, као што је Конкурсном документацијом у предметној набавци и предвиђено, у делу општи услови.

ДЈ,МС
09



Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС