



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање
војних осигураника
Бр. 19 - 36
20 MAR 2017 године
Београд

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
д о с т а в љ а .-

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту Закон, доставило захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за ЈН бр. 40/16: Зубарски и субспецијалистички инструменти и медицински потрошни материјал за стоматологију, за потребе ВМА, ВМЦ-а Нови Сад, ВБ Ниш и ЦАпСк-а, по следећем:

„Поштовани,

Након увида у конкурсну документацију као и измену конкурсне документације установили смо одређене нејасноће те стога Вас молимо за појашњење.

Партија 62. У опису је наведено да се тражи средство на бази F високе концентрације. Молимо Вас за детаљнији опис, да ли се ради о лаку, раствору или пасти и молимо Вас наведите минималну концентрацију F у ppm.

Партија 67. Гутаперка шиљци, јединица мере је наведена као “сет”. Молимо Вас да прецизно дефинишете број комада у сету, јер постоје сетови са различитим бројем гутаперка шиљака, нпр. 100, 120 или више. Прецизним одређивањем броја комада у сету или пак дефинисањем јединице мере на “ком” отклањају се евентуалне несугласице и потешкоће приликом испоруке наведеног средства наручиоцу.

Партија 99. Гел са високом сопс F 11000 ppm. Овакав опис одговара готовом препарату Fluorogal forte gel, чије је оригинално паковање од 50 g. Молимо Вас да исправите укупну количину траженог средства у g, јер укупна наведена количина од 530 g, никако се не може у целости испоручити у оригиналном паковању. Стога Вас молимо да измените на укупну количину нпр. од 550 g, која може да се испоручи у 11 оригиналних паковања од 50 g.

Партија 109. Раствор за дезинфекцију канала корена зуба на бази камфора рацемског и фенола. Овакав опис одговара готовом препарату, чије је оригинално паковање од 20 ml. Молимо Вас да исправите укупну количину траженог средства у ml, јер укупна наведена количина од 225 ml, никако се не може у целости испоручити у оригиналном паковању. Стога Вас молимо да измените на укупну количину нпр. од 240 ml, која може да се испоручи у 12 оригиналних паковања од 50 g.

Партија 112. У опису стоји само карпул шприц. Молимо Вас да ближе дефинишете да ли се мисли на "аспирирајући" или "неаспирирајући" карпул шприц.

Партија 122. Суд за полимеризацију под притиском. Молимо Вас да дефинишете запремину лонца, јер постоје различите величине од 5 l, 9 l и др., а самим тим се знатно разликује и јединична цена.

Партија 132. Позиционер за лепљење бравица. Молимо Вас да дефинишете да ли се тражи једностран, двостран или пак четворокраки позиционер.

Партија 156. Да ли се мисли на пластични екартер и да ли је из једног дела или два.

Партија 160. Молимо Вас да дефинишете запремину или димензије потребног добоша.

Партија 199. Молимо Вас да допуните опис, да ли се мисли на пасту на бази hidro Kortizon acetate.

Партија 205. Молимо Вас да дефинишете величину гранулације, да ли се мисли на гранулацију од 0,5-1 или 1-2 mm.

Молимо Вас да уважите наше примедбе и сугестије и извршите измене конкурсне документације, а у циљу спровођења ЈН у складу са ЗЈН и Законом о лековима и медицинским средствима."

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **одговара** заинтересованом лицу:

1. Партија 62 „SREDSTVO ZA ZAŠTITU ZUBA, NA BAZI FLUORA, RASTVOR VISOKE KONCENTRACIJE“. Тражено средство може бити у било ком облику. Техничка спецификација за партију бр. 62 остаје непромењена.
2. Партија 67 „GUTAPERKA ŠILJCI, STERILNI, SORTIRANI, VELIČINA 15-40“. Број гутаперка шиљака у сету није дефинисан. Паковање мора бити оригинално. Техничка спецификација за партију бр. 67 остаје непромењена.
3. Партија 99 „Gel sa visokom koncentracijom fluorida (11 000 ppm F) za lokalnu aplikaciju“. Начин испоруке у односу на тражену количину је дефинисан условима конкурсне документације. У тачки 2.2. ПАРТИЈЕ конкурсне документације и у члану 2. тачки 2.6. модела уговора (поглавље 7. конкурсне документације) стоји да је, у случају да тражена количина није дељива са најмањим оригиналним паковањем, изабрани понуђач у обавези да разлику надокнади испоруком читавог најмањег оригиналног паковања, на терет изабраног понуђача. Најмање оригинално паковање подразумева најмање регистровано појединачно паковање. Техничка спецификација за партију бр. 99 остаје непромењена.
4. Партија 109 „Rastvor za dezinfekciju kanala korena zuba na bazi kamfora racemskog i fenola“. Начин испоруке у односу на количину је дефинисан условима конкурсне документације. У тачки 2.2. ПАРТИЈЕ конкурсне документације и у члану 2. тачки 2.6. модела уговора (поглавље 7. конкурсне документације) стоји да је, у случају да тражена количина није дељива са најмањим оригиналним паковањем, изабрани

понуђач у обавези да разлику надокнади испоруком читавог најмањег оригиналног паковања, на терет изабраног понуђача. Најмање оригинално паковање подразумева најмање регистровано појединачно паковање.

Техничка спецификација за партију бр. 109 остаје непромењена.

5. Партија 112 „KARPUL ŠPRIC“. Врста карпул шприца није дефинисана описом. Техничка спецификација за партију бр. 112 остаје непромењена.
6. Партија 122 „SUD ZA POLIMERIZACIJU POD PRITISKOM (EKSPRES LONAC)“. Запремина лонца није дефинисана. Техничка спецификација за партију бр. 122 остаје непромењена.
7. Партија 132 „POZICIONER ZA LEPLJENJE BRAVICA“. Облик и врста позиционера није дефинисана. Техничка спецификација за партију бр. 132 остаје непромењена.
8. Партија 156 „EKARTERI MANJI“, подразумева пластични екартер, облик није дефинисан. Мења се назив и опис средства за партију бр. 156, која сада гласи: „EKARTERI MANJI, PLASTIČNI“.
9. Партија 160 „DOBOŠ ZA STERILIZACIJU TUPFERA MANJI“. Запремина и димензије добоша нису дефинисане. Техничка спецификација за партију бр. 160 остаје непромењена.
10. Партија 199 „PASTA ZA DEFINITIVNO PUNJENJE KANALA KORENA SET, PRAH + TEČNOST (set minimum sadrži: 20 gr praha, 10 ml tečnosti, podlogu za mešanje)“, подразумева било које средство које служи за дефинитивно пуњење коренског канала. Техничка спецификација за партију бр. 199 остаје непромењена.
11. Партија 205 „ZAMENIK ZA KOST BOVINOG POREKLA GRANULISANE STRUKTURE“, подразумева гранулацију величине 0,25 до 1 mm, јер се оне користе при оралнохируршким интервенцијама. Мења се назив и опис средства за партију бр. 205, која сада гласи: „ZAMENIK ZA KOST BOVINOG POREKLA GRANULISANE STRUKTURE, VELIČINA GRANULACIJE 0,25 DO 1 MM“.

JA АЛ.-
[Signature]



Достављено:

- на Портал ЈН,
- интернет страницу наручиоца,
- у омот предмета.