



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 2036 - 28

од 16.3.2017. године

Појашњење у вези са питањима у поступку
јавне набавке материјал за ангиографију и
ангиопластику бр.14/17, доставља.-

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у вези захтева за додатним
појашњењима, заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје
одговоре:

Питање 1: У конкурсној документацији - Прилог 2.-Опис предмета набавке и техничка
спецификација –под редним бројем 3. Наручилац даје опис предмета набавке ...„Балон
за дилатацију артерија... дужина катетера 80цм до 135цм...“. Да ли ће бити прихваћена
понуда за медицинско средство са описом.. „дужина катетера 80 цм до 140цм“?

Одговор: Не прихвата се .

Питање 2: У конкурсној документацији - Прилог 2.- Опис предмета набавке и техничка
спецификација –под редним бројем 6. Наручилац даје опис предмета набавке.. „Стент
балон експандирајући ... на носачу од 70цм до 80цм и 120цм до 135цм,, Да ли ће бити
прихваћена понуда за медицинско средство са описом.. „на носачу од 70-80цм и 120цм
до 140цм“?

Одговор: Не прихвата се.

Питање 3: У конкурсној документацији - Прилог 2.- Опис предмета набавке и техничка
спецификација –под редним бројем 32. Наручилац даје опис предмета набавке.. „Стент
периферни самоекспандирајући ... на носачу 80цм и 120цм,, Да ли ће бити прихваћена
понуда за медицинско средство са описом.. „на носачу од 80цм и 140цм“?

Одговор: Не прихвата се.

ЈМ

Достављено:

- у омот предмета 2036/17

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

- на интернет страници

Министарства одбране РС



НАЧЕЛНИКА ВМА

ПРОФ. ДР МИРОСЛАВ ВУКОСАВЉЕВИЋ