



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО  
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 2036 -29  
од 16.03.2017. године

Појашњење у вези са питањима у поступку  
јавне набавке материјал за ангиографију и  
ангиопластику бр.14/17, доставља.-

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник  
Републике Србије“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у вези захтева за додатним  
појашњењима, заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје  
одговоре:

Питање 1: Партија 29-у техничкој спецификацији сте траžили виоидић сажлу дебљине 0,035 инча, па  
Vas molimo da nam potvrdite da će te prihvatiti 0,038 инча за величине Ch 8i 10?

**Одговор: Не прихвата се.**

Питање 2: Партија 59- да ли ће Наручилац прихватити, или се можда ради о техничкој грешки,  
дебљину страна мање или једнако 80μ umesto наведених 60μ?

**Одговор: Не прихвата се.**

Питање: Партија 64-Da li Наручилац прихвата umesto „„matrix coated-paclitaxel i  
lompromid,, да лек буде sirolimus, будући да је цитостатик нове генерације са доказаним  
бојим својствима од паклитаксела?

**Одговор: Не прихвата се.**

JM

31 Достављено:

- у омот предмета 2036/17

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

- на интернет страници

Министарства одбране РС



НАЧЕЛНИКА ВМА

лични др. Мирослав Вукосављевић