



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 2036 - 37

од .2017. године
20 MAR 2017

Појашњење у вези са питањима у поступку
јавне набавке материјал за ангиографију и
ангиопластику бр.14/17, доставља.-

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у вези захтева за додатним појашњењима, заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговоре:

Питање 1: Да ли у партији број 58 трежена дебљина страта од 90 микрона подразумева само челичну конструкцију стента, без укључене дебљине полимера са леком, или тражена дебљина од 90 микрона обухвата челичну конструкцију стента заједно са дебљином полимера са леком?

Одговор: Подразумева се да комплетна дебљина страта тј. заједно челична легура и полимер са леком треба да износи 90 микрона или мање.

JM

Достављено:


- у омот предмета 2036/17

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

- на интернет страници

Министарства одбране РС



ЗАСТУПАЈУЋИ НАЧЕЛНИКА ВМА

проф. др. Мирослав Вукосављевић