



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 2036 -

20 MAR 2017 .2017. године

Појашњење у вези са питањима у поступку
јавне набавке материјал за ангиографију и
ангиопластику бр.14/17, доставља.-

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у вези захтева за додатним појашњењима, заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговоре:

Питање 1: Партија бр. 4 Молимо да се прошири спецификација за партију бр. 4 тако да гласи:

Balon kateter za perkutanu transluminalnu dilataciju potkolenica na nosaču 135 cm i više, dužine 100 mm i više kompatibilan sa uvodnikom 4 F kompatibilan sa vodič sajлом 0.018 inča. Dimenzije po zahtevu naručioca?

Одговор: Не прихвата се.

Питање 2: Партија бр. 10 Молимо да нам одговорите да ли је за партију бр. 10 одговарајући филтер за доњу шупљу вену следећих карактеристика:

Filter Set koji se sastoji od parmagnetnog filtera (30mm u dijametru, dužine 49mm) sa 4 markera od platine, koji je predhodno montiran na femoralni uvodnik sa fleksibilnim vrhom, koaksijalnog sistema uvodnika od 7.0 fr (kompatibilan sa žicom vodiljom od 0.035 inča) pre-dilatatora od 10 Fr, sa hidrofilnim premazom. Uvodni dilatator ima 8 bočnih rupica i dva radiopakna markera koji su odvojeni 30mm (od kraja do kraja). Dužina katetera 71 i 79 cm, dužina sheatha 65 cm, sa mogućnošću postavljanja femoralnim, jugolarnim i unisetom. Sa mogućnošću vađenja do 6 meseci i više?

Одговор: Не прихвата се .

Питање 3: Партија бр.21 Молимо да се прошири спецификација за партију бр. 21 тако да гласи:

Mikrokateter za perifirne embolizacije, koaksijalni set: veličina katetera 2,5-2,6F sa hidrofilnom vodič sajлом?

Одговор: Не прихвата се.

Питање 4: Партија бр.34: Молимо да нам одговорите да ли је за партију бр. 34 одговарајући сет следећих карактеристика:

- Introducer dužine 40cm, dijametra 10F,
- Trocar stajlet dijametar 0.038; dužine 62,5cm,
- Stiffening Cannula 14G, i dužine 51,5cm,
- Kateter 2 kom, dijametara 5F i 10F,
- Dilatator 12F

Одговор: Не прихвата се.

00

JM

Достављено:


- у омот предмета 2036/17

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

- на интернет страници

Министарства одбране РС



НАЧЕЛНИКА ВМА

др Милош Вукосављевић