



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО  
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 2036 - 49  
**24 MAR 2017** године

Појашњење у вези са питањима у поступку  
јавне набавке материјал за ангиографију и  
ангиопластику бр.14/17, доставља.-

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник  
Републике Србије“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у вези захтева за додатним  
појашњењима, заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје  
одговоре:

Питање1: Партија 83.Молимо Вас да нам доставите појашњење конкурсне  
документације и одговор на питање за јавну набавку добара –Материјал за ангиографију  
и ангиопластику ЈН бр. 633/16 (14/17) и то за партију 83, Ставка 20-Сет за надувавање  
балона-индофлатор максималног притиска до 35 атмосфера - шта се подразумева под  
максималним притиском до 35 атмосфера?

Одговор: За партије 70 и 83 где је индефлатор део сета, захтева се да максимални  
притисак индефлатора мора бити до 35 атмосфера.

С ЈМ  
Достављено:

- у омот предмета 2036/17  
Објављено:  
-на Порталу Управе за јавне набавке  
- на интернет страници  
Министарства одбране РС

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА  
Службени  
проф. др Мирослав Вукосављевић