



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО  
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 2036 - 50

24 MAR 2017. године

Појашњење у вези са питањима у поступку  
јавне набавке материјал за ангиографију и  
ангиопластику бр.14/17, доставља.-

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у вези захтева за додатним појашњењима, заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговоре:

Питање 1: партија бр. 59 Да ли је за наручиоца прихватљиво да доставим стент страта 65 микрона?

Одговор: Не може се прихватити .

Питање Партија бр 70. Како у наведеној партији тражите špic за ПТСА, са манометром притиска до 35 атм, са инсерционим иглом за žицу ротатором и аутоматском Y-валвулом и RX špicem , а наведених RX špic у свом асортиману има само један произвођач , molimo вас да изнаведене издвојите RX као посебну партију. Наиме тражени RX špic у Србији има регистрован само један понуђач, док остатак производа из партије 70-špic за ПТЦАса манометром притиска до 35 атм. са инсерционим иглом за žицу, ротатором и аутоматском Y-валвулом који чини више од 90% укупне вредности партије има регистровано најмање 5 понуђача па овако дефинисана документација није у складу са чланом 10. конкурсне документације који гласи: „ Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију. Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума,„. Стога Вас још једном molimo да извршите наведено одвајање у циљу обезбеђивања што је могуће веће конкуренције?

Одговор: Прихвата се предлог понуђача и биће измењена конкурсна у том делу.

С ЈМ

Достављено:

у омот предмета 2036/17

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

- на интернет страници

Министарства одбране РС

