



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 7999-8

10.08.2015. године

Појашњење у вези са припремањем
понуде у поступку јавне набавке
медицинска опрема за токсиколошку
амбуланту.

д о с т а в љ а.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 21.07.2015. године, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговор:

1. Питање: Да ли је прихватљиво да се понуди дефибрилатор са могућношћу снимања 5- каналног ЕКГ са 5-жилним каблом, али без опционог снимања 12- каналног, због високе цене касније уградње 12-каналног ЕКГ-а?

Одговор: Прихватљиво.

2. Питање: Да ли је прихватљиво да се понуди дефибрилатор са мерењем РЕСП, али без мерења температуре, због рационализације цене, уколико ова функција није апсолутно неопходна?

Одговор: Прихватљиво.

3. Питање: Да ли је прихватљиво да се понуди дефибрилатор са штампачем ширине 50мм и исписом 3 кривуље?

Одговор: Прихватљиво.

МК.

ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА
пуковник
проф. Зоран Шегрт

Достављено:

-у омот предмета 7999/15

- заинтересованом лицу

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС