



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање
војних осигураника

инт.бр. 3137-116

15 JUL 2014

Измењену страну
конкурсне документације,
д о с т а в љ а.-

Веза: ЈН број 24/14 – Видео стуб за бронхоскопију.

Дописом ин.бр. 3137 – 14 од 11.07.2014. године извршена је измена конкурсне документације у вези са техничком спецификацијом предметног добра.

У прилогу акта достављамо вам измењену страну 28 од 50 у складу са наведеном изменом.

Сви захтеви из конкурсне документације остају непромењени.



ДИРЕКТОР
Драгиша Дагетић

МВ/

Прилог

Измењена страна: 28 од 50

СПЕЦИФИКАЦИЈА - коју добро Видео стуб за бронхоскопију мора да поседује:
(табелу обавезно попунити)

• High Definition Television (HDTV)		
• могућност приказивања васкуларизације ткива (NBI-Narrowj Band Imaging) или одговарајуће		
• аутоматска контрола осветљења (минимално 8 нивоа)		
• функција "trans illumination"		
• 4 мода рада пумпе за ваздух... (прихвата се и 5 мода рада пумпе за ваздух)		
Видео процесор		
• колор CCD систем		
• High Definition Television (HDTV)		
• могућност приказивања васкуларизације ткива (NBI-Narrowj Band Imaging) или одговарајуће		
• аутоматска контрола осветљења (Auto-Brightness)		
• Аналогни излази (RGB, YPbPr), дигитални излази (HD-SDI, SD-SDI, DV, DVI); ПИП (Picture in Picture)		
• повећање структуре и контуре приказа: 3 мода, 8 нивоа (прихвата се и 3 мода, 6 нивоа)		
• аутоматска gain контрола		
• контраст: 3 мода		

ПОНУЂАЧ:

М.П.
(читак
отисак печата)

(штампано име и презиме одговорне
особе)

(потпис)

ИЗМЕЊЕНА страна 28 од 50; 15.07.2014.