



**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА**

Бр. 2317-
од _____ 2014. године

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије број 124/2012-даље: Закон), Војномедицинска академија (даље: ВМА) врши следеће измене и допуне конкурсне документације:

1. На страни 5. Конкурсне документације тачка 2. – подаци о предмету јавне набавке и ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ – мења се опис предмета јавне набавке –табела за партије од 01 до 18 тако да назив и опис средства гласи:

Red. broj	Naziv i opis sredstva
1	Cev za evakuaciju krvi, fleksibilna, za izvlačenje (ventovanje) krvi iz leve komore (vent kateter), 17 - 21 Fr, 1/4 konektor
2	Specifična cevka (koja se transatrijalno uvodi u desnu pretkomoru i sinus venosus) za retrogradnu vensku kardioplegiju
3	Venska cevka dvostepena, armirana, sa opturatorom, veličine oko 40FR/32FR (ili odgovarajuće), dužina oko 40 cm, sa 1/2 konektorom
4	Venska cevka "dvostepena", armirana, sa opturatorom, veličine oko 50FR/36FR,(ili odgovarajuće) dužina oko 40 cm, sa 1/2 konektorom
5	Venska cevka , prava, armirana, sa "lighthouse" vrhom (ili odgovarajuće takvog vrha), veličine od 28FR do 32 FR, uz 3/8 konektor
6	Aortna cevka sa povijenim vrhom, konektorom i LL i usekom za fiksiranje šavom, veličina od 22 FR do 24 FR (jednake količine), uz konektor 3/8 "
7	Cevka sa iglom za davanje kardioplegije u koren aorte i ventovanje (ili konektorom sa slavinicom za ventovanje i davanje kardioplegije)
8	Venska cevka femoralna, armirana, sa silikonskim opturatorom, bočnim otvorima, veličine oko 22FR (ili odgovarajuće), dužina preko

	65 cm, uz konektor 3/8 - 1/2
9	Venska cevka femoralna, armirana, sa silikonskim opturatorom, bočnim otvorima bez konektora, veličine oko 28FR (ili odgovarajuće), dužina preko 80 cm, konektor 1/2
10	Venska cevka, pod uglom od 90 stepeni, armirana, sa metalnim ili basket vrhom (ili odgovarajuće), veličine oko 28 FR, dužina preko 30 cm, sa konektorom 3/8 "
11	Venska cevka, pod uglom od 90 stepeni, armirana, sa metalnim ili basket vrhom (ili odgovarajuće), veličina od 30 - 32 FR, dužina preko 30 cm, sa konektorom 3/8 "
12	Oksigenator poslednje generacije koji ima biokompatibilnu membranu (ne-heparinsku) (poželjno obložen phosphorylcholinom) (potrebno da oksigenatori imaju sledeće karakteristike: maksimalni protok do 6 l/min, minimalni operativni nivo krvi što manji - poželjno ne preko 150 ml, površina membrane što manja, a da omogućava adekvatnu oksigenaciju, poželjno ispod 1,4 m ²), zajedno sa odgovarajućim linijama (custom-pack) prema specifikaciji VMA i konektorima kao i transdjuserima za pritisak za mašinu S5 proizvođača Sorin group, Italija i senzorima za merenje nivoa krvi u oksigenatoru
13	HEMOKONCENTRATOR - Set za hemofiltraciju, sastoji se od: Hemofiltera površine oko 0,7m ² sa linijama za konvencionalnu ultrafiltraciju, konektorima i kesom, prajming filtera ne preko 70 ml
14	Sredstvo (uređaj) za intraortnu mehaničku cirkulatornu podršku srčane funkcije sa mogućnošću generisanja 3l/min i sa mogućnošću plasiranja kroz aksilarnu i femoralnu arteriju, a koji se priključuje na postojeću balon-pumpu, zajedno sa odgovarajućim insercionim setom (u kome se nalaze i žičani vodič i produživač katetera, igla za uvođenje...)
15	Glava za centrifugalnu pumpu za mašinu proizvođača Sorin Group Italija, (poželjno sa sledećim karakteristikama: "prajming" oko 57 ml, max protok oko 8 l/min)
16	SET za krvnu kardioplegiju koji se sastoji od razmenjivača toplote, (poželjno da max protok krvi bude oko 2500 ml/min, da "prajming" bude oko 30 ml, a površina oko 0,05 m ²) i odgovarajućih linija sa

	konektorima, razmera 4:1
17	Čebe za grejanje/hlađenje pacijenata (za mašinu Heater Cooler, proizvođača Sorin Group, Italija)
18	Žice obložene izolatorom sa iglom za privremenu epikarijalnu elektrostimulaciju srca nakon kardiohirurških intervencija

2. Назив и опис средства за партије 19 и 20 остаје непромењен.

МБ/ЈМ

Објавити:

-на порталу УЈН

-на интернет страници МО

- уз омот предмета 2317/14

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА

пуковник

проф. др Драган Динчић