



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних
осигураника

Бр. 2480- 31

05.09. . 2014. године

Одговор заинтересованом лицу
д о с т а в љ а.-

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12), у даљем тексту Закон, доставио Захтев за појашњење конкурсне документације инт. бр. 2480-26 од 03.09.2014. године, за **ЈН бр. 83/14** Дијагностички материјал за анализаторе инопроизвођача Биорад или одговарајуће по следећем:

"Молимо Вас да нам у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама дате додатно појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број 83/14":

"Партија 8 и партија 9 – тражене су контроле за Дијабет, ниво 1 и ниво 2. Наше паковање контрола садржи ниво 1 и ниво 2, по 2 бочице. Да ли је прихватљиво да понудимо по нивоу ставку 8 и 9, а приликом испоруке доставимо паковање?"

Партија 17- Предмет набавке је сет контрола за пренатални screening, сет од 3 нивоа. Ми у понуди имамо Randox контроле где су нивои појединачни. Ниво 1, 2 и 3 су паковања од 3x1ml. Да ли би сте прихватили испоруку појединачних паковања одређених нивоа контроле и да ли можете прецизирати запремину сета који је предмет набавке?"

Партија 19 – Да ли можете прецизирати параметре који су предмет контроле у програму хемостазе, с обзиром на то да можемо понудити спољашњу контролу од 5 параметара и контролу са проширењом палетом за факторе коагулације?"

ОДГОВОР: Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона и акта Управе за војно здравство МО инт. бр. 6-582 од 29.08.2014. године одговара на питања:

- за партије број 8, 9 и 17 потребно је понудити добра и испоручити их како је тражено у конкурсној документацији,
- у партији број 19 контрола квалитета за хемостазу 12 месеци (сет 12 контролних узорака), мођународна контрола квалитета компатибилна са апаратима BCS XP, BCT, потребно је да садржи параметре PT (INR), АРТТ, ТТ, FIB, АТ III, PC и PS.

ЗБД

ДИРЕКТОР
Др. Драгана Дабетин