



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних
осигураника

Бр. 2491 - 36
19 AUG 2014 . године

Додатне информације и појашњења ,
д о с т а в љ а .-

Свим заинтересованим лицима

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 2. И став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012) доставља додатне информације и појашњења, за јавну набавку добара број 60/14 .

ПИТАЊЕ : Захтев за додатним информацијама или појашњењем конкурсне документације ЈН.бр.60/14“ Материјал за ангиографију и ангиопластику“за потребе Министарства одбране и Војксе Србије.

За партију 28. У партији бр.28 траже се дренажничкатетери са 5 бочних рупа. Да ли ће наручилац прихватити и катетере истих карактеристика и намене али са више од 5 бочних рупа(конкретно 7, 8 или 9)будући да такви катетери омогућавају још бољу дренажу. Такође, да ли ће наручилац прихватити катетер са закључавањем?

За партију 53. Тражи се самоширећи интракранијални стент, систем за механичку тромбектомију. Будући да је за извођење ове процедуре неопходно поседовати додатни материјал који наручилац није тражио у осталим партијама, наше питање гласи да ли наручилац очекује да интракранијални стент, систем за механичку тромбектомију садржи и додатни материјал попут компатибилног микрокатетера и водич катетера са балоном дијаметра 6F? Односно да ли наручилац може да прецизира шта све треба да садржи систем за механичку тромектомију?

За партију 100. Наручилац тражи сет за хитну коронарографију са радијалним приступом и у сету је тражен коронарни дијагностички катетер под ставком 17. Будући да је сет појединачно стерилно паковање, димензије коронарног дијагностичког катетера га спречавају да буде упакован директно заједно са осталим материјалом у појединачном стерилном паковању. Да ли наручилац прихвата да понуђач понуди остатак материјала у сету запакован као појединачни производ са посебним каталошким бројем а одвојено да понуди дијагностички катетер са својим каталошким бројем. У случају да је ово прихватљиво понуђач би вршио испоруку сета и катетера истовремено?

За партију 101. Наручилац тражи сет за хитну коронарографију са феморалним приступом и у сету су тражени коронарни дијагностички катетери под ставкама 17 и 18. Будући да је сет појединачно стерилно паковање, димензије коронарног дијагностичког катетера га спречавају да буде упакован директно заједно са осталим материјалом у појединачном стерилном паковању. Да ли наручилац прихвата да понуђач понуди остатак материјала у сету запакован као појединачни производ са посебним каталошким бројем а одвојено да понуди 2 дијагностичка катетера са својим каталошким бројевима. У случају да је ово прихватљиво понуђач би вршио испоруку сета и катетера истовремено?

ОДГОВОР 1:

За партију 28. Прихвата се тако да партија бр.28. гласи: "Kateter univerzalni drenažni za drenažu abscesa, eksternu bilijarnu drenažu i nefrostome, od mekog materijala otpornog na kinking, sa hidrofilnim premazom, **pet bočnih rupa i više** i vrhom za lakše savladavanje otpora. Dolazi sa troakar stiletom promera 18 G i stiff kanilom. Dimenzija od 8,5 do 14 F. Dimenzije po zahtevu naručioca,"

За партију 53. Прихвата се сугестија да тражени материјал има и наведене техничке карактеристике.

За партију 100. Прихвата се сугестија понуђача да се катетер може запаковати и ван сета с обзиром да је пожељно да се савија пре употребе,

За партију 101. Прихвата се сугестија понуђача да се катетер може запаковати и ван сета с обзиром да је пожељно да се савија пре употребе,

НМ(32-550)

М

Достављено:
- заинтересованом лицу
- на Портал ЈН
- на Портал МО
- а/а

По овлашћењу директора

Вс Зоран Стојановић

