



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних
осигураника

Бр. 2491 - 30

18 AUG 2014 . године

Додатне информације и појашњења ,
д о с т а в љ а .-

Свим заинтересованим лицима

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 2. И став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012) доставља додатне информације и појашњења, инт. Бр.2491-27 од 15.08.2014, за јавну набавку добара број 60/14

ПИТАЊЕ 1: Молимо Вас за додатним појашњењем, везано за ЈН бр.60/14:

Партија 5.- Да ли може балон компатибилан са уводником од 5F, обзиром да мањи уводник омогућава мању трауму за пацијента, тако да је ово повољније?

Партија 16.- Да ли се прихвата филтер за вене дијаметра од 30 mm?

Партија 24.- Да ли се прихвата катетер димензија од 4F до 5F, мања димензија омогућава мању трауму за пацијента тако да је ово повољније?

Партија 37.- Да ли се прихвата катетер димензија 2,5 и 2,8 F?

ОДГОВОР 1:

За партију 5: Прихвата се сугестија, тако да партија број 5 гласи:

Balon kateter za dilataciju arterija hidrofobni OTW sistem, pogodan za postdilataciju, dužina katetera 80 cm do 135 cm, dvostrukog lumena, sa dva markera, balon diajmetra 7 mm **kompatibilan sa uvodnikom dimenzija 6F I manjim**, kompatibilan sa vodič sajлом 0.035 inča, diјametра do 14 mm. Dimenzije po zahtevu naručioca.

За партију 16:

.Остаје се при траженим карактеристикама. Сугестија се **не прихвата**.

За партију 24:

.Остаје се при траженим карактеристикама. Сугестија се **не прихвата**.

За партију 37: Прихвата се сугестија понуђача , тако да партија број 37 сада гласи:

Микрокатетер за за периферне емболизације, коаксијални сет, величина катетера од 2,5 F до 2,8 F са хидрофилном водич сажлом.

НМ(32-550)

М

Достављено:

- заинтересованом лицу
- на Портал ЈН
- на Портал МО
- а/а



По овлашћењу директора
Вс Зоран Стојановић