



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних
осигураника

Бр. 2493- 19

05 SEP 2014. 2014. године

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
д о с т а в љ а .-

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12), у даљем тексту Закон, доставило Захтев за појашњење конкурсне документације за **ЈН бр. 43/14 Инструменти и уређаји за анестезију и реанимацију**, по следећем:

Питање 1: "Поштовани, молимо да нам дате додатна појашњења конкурсне документације бр. 2493-8 за јавну набавку бр. 43/14- инструменти и уређаји за анестезију и реанимацију, за партију 136. везано за техничке податке дате за CO2 апсорбер.

Обзиром да је квалитет соде већи са већим садржајем да ли можете да коригујете Ваш захтев дат у виду опсега 78-84%, на начин да буде дефинисан најмањим (минимални садржај) Са(ОН)2, на пр."најмање 78%". Тиме омогућавате да се понуде производи са вишег квалитета, што је предност, а не мана."

Питање 2:

„Сагласно објашњењу у питању 1, присуство NaOH се налази у траговима, тако да производ који је највише чистоће може и да нема трагове NaOH. Да ли можете да коригујете Ваш захтев у виду опсега „2-4%“, да буде „0-4%“ јер тиме омогућавате да се понуде производи вишег нивоа квалитета, а не нижег.“

Питање 3:

„Како је значај присуства влаге везан за горе поменут степен чистоће соде, односно што је виши степен чистоће (квалитета), последично садржај влаге ће бити ближи горњој граници (доња није битна), да ли можете да коригујете захтев који тренутно гласи“Садржај влаге: H2O у опсегу од „14-18%“ тако да дефинише максимално дозвољен садржај влаге, односно да гласи сходно датом појашњењу „Садржај влаге: максимално до 20%“

Питање 4 :

“Молимо да нам дате додатна појашњења конкурсне документације бр. 2493-8 за јавну набавку добара - инструменти и уређаји за анестезију и реанимацију, партије 125 и 136:

На страни 108 и 109 конкурсне документације наведено је да Рок трајања/рок стерилности/гарантни рок мора бити у складу са захтевом дефинисаним у спецификацији 3.1. На страни 109 четврта линија гласи „- за све остале партије мора бити 50% декларисаног рока стерилности“

Како је из спецификације за партију 125, недвосмислено јасно види да се ради о стандардним електростатичким НМЕ филтерима који нису стерилни, претпостављамо да је техничком грешком у овој партији у последњој колони која носи назив „Рок стерилности/гарантни рок/ рок трајања, на страни 79., унет захтев који гласи „50% декларисаног рока стерилности“. Молимо за Ваше појашњење.

Исто важи и за партију 136 (страна 83) која се односи на CO2 апсорбер(sodalime), а који ни у ко случају није стерилан производ!

Можете ли да коригујете захтев у партијама 125 и 136, изменом уместо речи „стерилност“ да стоји „рок трајања“?

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, одговара на питања:

Одговор на питање број 1:

Минимални садржај Са(ОН)2 треба да буде 78%.

Одговор на питање број 2:


Присуство NaOH треба да буде у опсегу од 0 до 4%.


Одговор на питање број 3:

Садржај влаге (H2O) треба да буде максимално до 20%.

Одговор на питање број 4:

За партије број 125 и 136 уместо речи „стерилности“ треба да стоји „стерилност/рок трајања“.

 НП (32-532)



Достављено:
-заинтересованом лицу mail-ом
-на Портал ЈН
-интернет страницу наручиоца
-у омот предмета