



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних
осигураника

Бр. 2493-25

2014. године
12 SEP 2014

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
д о с т а в љ а .-

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12), у даљем тексту Закон, доставило Захтев за појашњење конкурсне документације за **ЈН бр. 43/14 Инструменти и уређаји за анестезију и реанимацију**, по следећем:

Питање 1: "У спецификацији за партију 105, 106, 107 и 108 тражи се Систем за затворену трахеобронхијалну аспирацију са могућношћу апликације до 72 сата и изменљивим атрауматским аспирационим катетером чија се замена врши без отварања дисајног система пацијента. Обзиром да је то стерилни систем који се користи за сваког пацијента посебно и да је намењен за употребу до 72 сата.

- Да ли ћете прихватити систем који нема изменљиви аспирациони катетер већ аспирациони катетер који није изменљив?"

Питање 2:

„ У спецификацији за партију 105, 106, 107 и 108 тражи се Систем за затворену трахеобронхијалну аспирацију са могућношћу апликације до 72 сата тражи се дужина од 580 mm.

- Да ли ћете прихватити понуду Систем дужине од 570 mm?

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, одговара на питања:

Одговори на питања број 1 и 2:

Партија број 105 треба да гласи:

Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostruko rotirajućim konektorom, atraumatskim aspiracionim kateterom, MDI portom i komorom za propiranje katetera, dužine 570 do 580 mm, veličine 10 Ch

Партија број 106 треба да гласи:

Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostruko rotirajućim konektorom, atraumatskim aspiracionim kateterom, MDI portom i komorom za propiranje katetera, dužine 570 do 580 mm, veličine 12 Ch


Партија број 107 треба да гласи:

Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostruko rotirajućim konektorom, atraumatskim aspiracionim kateterom, MDI portom i komorom za propiranje katetera, dužine 570 do 580 mm, veličine 14 Ch

Партија број 108 треба да гласи:

Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostruko rotirajućim konektorom, atraumatskim aspiracionim kateterom, MDI portom i komorom za propiranje katetera, dužine 570 do 580 mm, veličine 16 Ch

HP (32-532)



ДИРЕКТОР
Драгиша Дабетић

Достављено:

- заинтересованом лицу mail-ом
- на Портал ЈН
- интернет страницу наручиоца
- у омот предмета