



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних
осигураника

Бр. 2493- 42

_____ . 2014. године

19 SEP 2014

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
д о с т а в љ а -

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12), у даљем тексту Закон, доставило Захтев за појашњење конкурсне документације за **ЈН бр. 43/14 Инструменти и уређаји за анестезију и реанимацију**, по следећем:

Питање: "Поштовани,

у складу са јавном набавком добара број 43/14 део 5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ, тачка 5.12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, молимо Вас за појашњење по следећим ставкама:

- Редни број партије: 1, 2 и 3, Предмет набавке/ Назив и опис средства:

Laringealna maska tip Classic, величина 3, 4 и 5, silikonska за виšekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija sa rešetkastom zaštitom od zapadanja glotisa i opstrukcije disajnog puta.

Везано за горе наведене партије, да ли је за Вас као Наручиоца прихватљиво да се понуди следеће:

Laringealna maska, величина 3, 4 и 5, silikonska за виšekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija, ali bez rešetkastom zaštitom od zapadanja glotisa i opstrukcije disajnog puta,

јер произвођач ларингеалних маски које ми можемо да понудимо више не производи исте са решеткастом заштитом из следећих разлога:

- Дубока дистална дома/купола је дизајнирана тако да се спречи оклузија маске од стране меког ткива (дизајн ларингеалне маске је такав да има мало већу дубину да би се обезбедио већи зазор изнад језичка/ епиглотиса који затвара трахеју / душник и отклони вило какав ризик од зачепљења дисајног пута на дисталном крају тубуса) – на тај начин нема потребе за решеткастом заштитом.
- Такође, без решеткасте заштите ларингеална маска дозвољава пролазак трахеалног тубуса, сукционих тубуса/уређаја, бронхоскопа или другог инструмента за испитивање ако је то клинички неопходно, а то није могуће када постоји решеткаста заштита.
- Током испитивања дизајна ларингеалне маске произвођач је закључио да решеткаста заштита, при употреби маске, може бити потенцијана претња, односно могући извор заразе због тежег чишћења.

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, одговара на питања:

Одговор:

Маске без решеткасте заштите од западања глотиса и опструкције дисајног пута **нису прихватљиве** за крајњег корисника, те стога нема измена конкурсне документације за партије редни број 1, 2 и 3.

НП (32-532)



ДИРЕКТОР
Драгиша Даветић



Достављено:
-заинтересованом лицу mail-ом
-на Портал ЈН
-интернет страницу наручиоца
-у омот предмета