



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 7162- 36

23 AUG 2016 .2016.године

Појашњење у вези са припремањем
понуде, у поступку јавне набавке
медицински и дијагностички комплети,
бр. 302/16, д о с т а в љ а.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованих лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 19.08.2016. године, достављамо следеће одговоре:

Заинтересовано лице је поставило следећа питања, на које наручилац даје одговоре:

1. Питање

Наша фирма нуди висококвалитетне лигатуре за лигирање варикозитета једњака произведене у Кини, а чије су гумице од неопрена, да ли ће Наручилац прихватити да гумице буду од овог материјала?

Одговор: Наручилац остаје при свему из услова конкурсне документације.

2. Питање за партију 3:

Да ли се за партију број 3 могу прихватити сетови за перкутану нефростомију следећих карактеристика:

Set za perkutanu nefrostomiju, 2-step, dimenzije katetera 6, 8.3 i 10 Fr. Dužina za kateter od 6 F – 15 cm, 8.3 Fr i 10 Fr – 30 cm. Mogućnost ostajanja u organizmu od 4 meseca. Sadržaj seta: - Radiovidljivi poliuretanski Pigtail kateter

- 3 Dilatora (5, 6 and 7 Fr) za set sa 6 Fr pigtail kateterom; 4 dilatora (6, 7, 8 and 9 Fr) za set sa 8.3 Fr pigtail kateterom; 6 dilatora (6, 7, 8, 9, 10 and 12 Fr) za set sa 10 Fr pigtail kateterom – dvodelna igla
- PTFE obložena žica vodič dužine 80 cm

Retencioni disk od silikona

Konekciona PVC tuba 14 Fr, 30 cm dužine sa 1- krakom slavinicom

Одговор: Наручилац остаје при свему из услова конкурсне документације, јер је потребно да катетер буде са балоном.

3. Питање за партију 6:

Да ли се за партију број 6 могу прихватити сетови за перкутану нефростомију следећих карактеристика

Set za perkutanu nefrostomiju, 2-step, dimenzije katetera 6, 8.3 i 10 Fr. Dužina za kateter od 6 F – 15 cm, 8.3 Fr i 10 Fr – 30 cm. Mogućnost ostajanja u organizmu od 4 meseca.

Sadržaj seta:

- Radiovidljivi poliuretanski Pigtail kateter
- 3 Dilatora (5, 6 and 7 Fr) za set sa 6 Fr pigtail kateterom; 4 dilatora (6, 7, 8 and 9 Fr) za set sa 8.3 Fr pigtail kateterom; 6 dilatora (6, 7, 8, 9, 10 and 12 Fr) za set sa 10 Fr pigtail kateterom – dvodelna igla
- PTFE obložena žica vodič dužine 80 cm

Retencioni disk od silikona

Konekciona PVC tuba 14 Fr, 30 cm dužine sa 1- krakom slavinicom

6.1

Одговор: Наручилац ће прихватити и наведени сет за перкутану нефростомију.

4. Питање за партију 10:

Молимо да се прошири спецификација за партију број 10, тако да стоји:

Set stent ureteralni, 7f/28 cm, od poliuretana, dužina uvođača presvučenog teflonom 145 – 150 cm, dužina gurača 45 – 50 cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan

Одговор: Наручилац ће прихватити и наведени сет стент.

5. Питање за партију 11:

Молимо да се прошири спецификација за партију број 11, тако да стоји:

Set stent ureteralni, 4.7 – 4.8f/28 cm, od poliuretana, dužina uvođača presvučenog teflonom 145 – 150 cm, dužina gurača 50 – 70 cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan

Одговор: Наручилац ће прихватити и наведени сет стент.

6. Питање за партију 12:

Молимо да се прошири спецификација за партију број 12, тако да стоји:

Set stent ureteralni, 6f/28 cm, od poliuretana, dužina uvođača presvučenog teflonom 145 – 150 cm, dužina gurača 45 – 50 cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan

Одговор: Наручилац ће прихватити и наведени сет стент.

7. Питање за партије 13, 14 и 15:

Да ли је тражени нитинолски увођач који је наведен у овим сетовима – Roadrunner жица?

Одговор: Да, тражен је нитинолски увођач.

8. Питање за партију 41:

Да ли је прихватљиво да тражени уретерални катетер буде од Ребах- а?

Одговор: Прихватљиво је.

9. Питање за партију 42:

Да ли је прихватљиво да тражени уретерални катетер буде од Ребах- а?

Одговор: Прихватљиво је.

10. Питање за партију 47:

Молимо да се прошири спецификација за партију број 47, тако да стоји:

Set stent ureteralni, F6/30 cm, otvorenog vrha, od poliuretana, sa titanijumskim uvodačem presvučenim hidrofилном облогом, дужине 145 – 150 cm, дужина гурача 45 – 50 cm, graduisan celom дужином, радиопактан, са кончићем за извлачењем.

Одговор: Наручилац ће прихватити и наведени сет стент.

11. Питање за партију 111:

Молимо да се прошири спецификација за партију број 111, тако да стоји:

Perkutana endoskopska gastrostoma 12 – 24 Fr.

Одговор: Наручилац остаје при свему из услова конкурсне документације.

ЗС.

Достављено:

- у омот предмета 7162/16

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС