



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање
војних осигураника

Број 4811- 22

22. 08 .20 14. године

БЕОГРАД

Појашњење/измену/допуну
конкурсне документације
доставља.-

Веза: конкурсна документација за јавну набавку добара бр. 67/14 - **Опрема за потребе гастроентерологије** за потребе ВМА, ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш, по партијама.

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом, а у вези захтева потенцијалних понуђача за додатним појашњењем конкурсне документације, свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију (КД) за јавну набавку добара бр. 67/14, достављамо следећу појашњење/измену/допуну конкурсне документације:

За партију 2: Електрокаутер за ендоскопске процедуре, за потребе ВМА и ВБ Ниш:

Питање бр. 1: "У тачки 5. је наведено „Биполарни модови рада: 3 мода сечења, снаге сечења максимално 120W, 2 коагулациона мода, снаге максимално до 120W“. Појасните којих је то 5 модова сечења и за коју намену ће се користити."

Одговор бр. 1: Модули се користе ради прилагођавања карактеристика сечења величине промене која се скида.

Питање бр. 2: "У вези тачке 2: Да ли ћете прихватити да генератор има називну фреквенцију од 450КHz?."

Одговор бр. 2: Прихвата се и генератор фреквенције од 450КHz.

Питање бр. 3: " У вези тачке 3: Да ли ћете прихватити 4 монополарана мода сечења?."

Одговор бр. 3: Прихватају се и 4 монополарана мода сечења.

Питање бр. 4: " У вези тачке 5: Обзиром да биполарна струја нема значаја за ендоскопске гастроентеролошке процедуре, да ли ћете прихватити да апарат има један биполарни мод који је аутоматски и у случају потребе може се користити и за друге ендоскопске процедуре?."

Одговор бр. 4: Прихвата се и биполарни мод који је аутоматски.

Питање бр. 5: " Да ли је потребно да тражени апарат треба да буде компатибилан са постојећим аргон плазма коагулатором који је инсталиран на Клиници за гастроентерологију ВМА?."

Одговор бр. 5: Апарат за потребе ВМА треба да буде компатибилан са постојећим аргон плазма коагулатором који је инсталиран на Клиници за гастроентерологију ВМА, а апарат за потребе ВБ Ниш не треба.

Питање бр. 6: "У образцу 6-I-4 за партију 2, под ставком 7 тражите Ножни прекидач за најмање две папучице. Молимо Вас да нам разјасните ову ставку. Обично на папучицама има две педале-прекидача за сечење и коагулацију?"

Одговор бр. 6: Треба да стоји папучица са две педале – прекидача за сечење и коагулацију.

Питање бр. 7: "На страни бр. 8 под тачком 4.2.2 тражите да понуђач поседује најмање једног сертификованог сервисера, а на страни бр.10, под тачком 4.3.8. тражите најмање 2 сервисера. Ако учествујемо само за партију 2, молимо Вас да нам објасните колико овлашћених сервисера је потребно да има понуђач?"

Одговор бр. 7: Треба да стоји један сертификовани сервисер.

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

 ВЈ/

