



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 2753 -~~29~~ 35

од .2017. године

04 MAY 2017

Појашњење у вези са питањима у поступку
јавне набавке дијагностички агенси бр.17/17,
доставља.-

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у вези захтева за додатним појашњењима, заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговоре:

Poštovani,
molim Vas za dodatno pojašnjenje tenderske dokumentacije Dijagnostički agensi, Javna nabavke broj 631/16 (17/17)

Partija 84

Da li je dozvoljeno ponuditi neku od sledećih boja:

FITC, PE, PE/Cy5, PE/Cy7, PerCP/Cy5.5, PerCP, Alex Fluor 488?

Одговор: Не прихвата се.

Partija 92:

Da li je dozvoljeno ponuditi neku od sledećih boja:

PE, PE/Cy7, APC, PE/Dazzle 594, PerCP7y5.5?

Одговор: Не једина алтернатива је Alexa Puor 488.

Partija 93:

Da li je dozvoljeno ponuditi 100 µg?

Одговор: Дозвољено је понудити 100 µg уколико постоји јасан доказ да је та количина довољна за најмање 100 тестова и уколико је антитело коњуговано са траженом бојом (у конкретном случају то је FITC).

Partija 94:

Da li je dozvoljeno ponuditi neku od sledećih boja:

FITC, APC, PE, PE/Cy7, Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 647, Pacific Blue, APC/Cy7, Alexa Fluor 700, Per CP/Cy5.5, PerCP, PE/Dazzle 594, Biotin, Brilliant Violet 421, Brilliant Violet 605, Brilliant Violet 650, Brilliant Violet 711, Brilliant Violet 785, Brilliant Violet 510, Brilliant Violet 570?

Одговор: Дозвољено је понудити PE/Dazzle 594 ili ECD.

Partija 96:

Da li je dozvoljeno ponuditi neku od sledećih boja:

FITC, APC, PE, PE/Cy7, Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 647, Pacific Blue, APC/Cy7, Alexa Fluor 700, Per CP/Cy5.5, PerCP, PE/Dazzle 594, Biotin, Brilliant Violet 421, Brilliant Violet 605, Brilliant Violet 650, Brilliant Violet 711, Brilliant Violet 785, Brilliant Violet 510, Brilliant Violet 570?

Одговор: Дозвољено је понудити CP/Cy5.5 или PerCP. Остале наведене боје нису одговарајуће.

Partija 105:

Da li je dozvoljeno ponuditi 100µm?

Одговор: Дозвољено је понудити 100 µg уколико постоји јасан доказ да је та количина довољна за најмање 100 тестова и уколико је антитело коњуговано са траженом бојом (у конкретном случају то је FITC).

Partija 124:

Da li je dozvoljeno ponuditi neku od sledećih boja:

FITC, PE, APC, PerCP/Cy5.5, Alexa Fluor 700, PE/Cy7, APC/Cy7, Alexa Fluor 647, PE/Dazzle 594, Brilliant Violet 421, Brilliant Violet 510, Brilliant Violet 605, Brilliant Violet 711?

Одговор: Дозвољено је понудити PerCP/Cy5.5. Остале наведене боје нису одговарајуће.

Partija 128:

Da li je dozvoljeno ponuditi boju APC?

Одговарајуће: Није дозвољено понудити APC. APC боја је неприхватљива у било којој комбинацији антитела.

Partija 148:

Da li je dozvoljeno ponuditi neku od sledećih boja:

Biotin, FITC, PE, APC, Pacific Blue?

Одговор: Не. Ниједна од понуђених боја није одговарајућа.

Partija 151:

Da li je dozvoljeno ponuditi neku od sledećih boja:

Biotin, PE7Cy7, APC, PE, Brilliant Violet 421, Brilliant Violet 510, Brilliant Violet 605, Brilliant Violet 711, Brilliant Violet 650, Brilliant Violet 785, PerCP/Cy5.5, PE/Dazzle 594?

Одговор: Не. Ниједна од понуђених боја није одговарајућа.

6 JM

Достављено:

- у омот предмета 2753/17

Објављено:

- на Порталу Управе за јавне набавке

- на интернет страници

Министарства одбране РС



НАЧЕЛНИКА ВМА

ф. бр.

Мирослав Вукосављевић